

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                  |                                     |                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը               | ապրանքային<br>նշանը                 | մակնիշը                             | արտադրողի<br>անվանումը              | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                  | Արիեստական<br>շնչառության<br>ապարատ | Արիեստական<br>շնչառության<br>ապարատ | Արիեստական<br>շնչառության<br>ապարատ | Արիեստական<br>շնչառության<br>ապարատ | Սարքավորումն պետք է ունենա՝<br>առնվազն հետևյալ ֆունկցիաները •<br>Օժանդակ/Կանխարգելիչ ծավալի<br>ռեժիմ (A/C-V), •<br>Օժանդակ/Կանխարգելիչ ճնշման<br>ռեժիմ (A/C-P), •<br>Օժանդակ/Կանխարգելիչ ռեժիմ<br>(A/C+SIGH), • Սինխրոնացված<br>ընդհատվող պարտադիր<br>շնչառության ծավալի ռեժիմ (SIMV-<br>V), • Սինխրոնացված ընդհատվող<br>պարտադիր շնչառության ճնշման<br>ռեժիմ (SIMV-P), •<br>Ինքնաբուխ/ճնշման աջակցման<br>ռեժիմ (SPONT/PSV), • Շնչուղիների |

շարունակական դրական ճնշման  
 ռեժիմ (CPAP), • Ձեռքով  
 շնչառության ռեժիմ:  
 Սարքավորումն պետք է ունենա  
 հետևյալ ցուցանիշները` •  
 Շնչառական ծավալ` 0-ից մինչև  
 առնվազն 2000 մլ, • Շնչառության  
 հաճախականություն` 1-ից մինչև  
 առնվազն 120 շնչառություն  
 րոպեում A/C ռեժիմում; • 1-ից մինչև  
 առնվազն 40 շնչառություն րոպեում  
 SIMV ռեժիմում: • I:E  
 հարաբերակցություն` 4:1-ից մինչև  
 1:10, FiO<sub>2</sub>` նվազագույնը 40%-ից  
 մինչև 100% անընդհատ  
 կարգավորելի, • Ճնշման  
 ակտիվացուցիչի զգայունություն  
 (Psens)` առավելագույնը -20 կՊա-ից  
 մինչև 0, • Հոսքի ակտիվացման  
 զգայունություն (Vsens)` ոչ ավել 2  
 լ/րոպեից մինչև ոչ պակաս 30  
 լ/րոպե, • PEEP 0-ից մինչև ոչ պակաս  
 20 սմ H<sub>2</sub>O բայց ոչ ավել 30 սմ H<sub>2</sub>O), •  
 Ճնշման աջակցություն (Psupp): 0-ից  
 մինչև ոչ պակաս 50 սմ H<sub>2</sub>O,  
 Սարքավորումն պետք է առկա  
 լինեն մոնիտորինգի առնվազն  
 հետևյալ ցուցանիշները` •  
 Շնչուղիների առավելագույն ճնշումը

(Ppeak), • PEEP. վերահսկվում և ցուցադրվում է, • Շնչառական ծավալ (VT), • Ընդհանուր շնչառական հաճախականությունը (Ftotal) • Բոպեական ծավալ (MV). ցուցադրվում է լիտրերով, •  $\text{FiO}_2$  (մատակարարված թթվածնի կոնցենտրացիա). վերահսկվում և ցուցադրվում է, • I:E հարաբերակցությունը.

վերահսկվում և ցուցադրվում է: Սարքը պետք է ցուցադրի առնվազն՝ իրական ժամանակի ալիքներ, ներառյալ ճնշում-ժամանակ (Paw-t) և հոսք-ժամանակ (Flow-t) կորերը, որոնք կարող են ընտրվել բլոկային կամ գծային ցուցադրման ոճով:

Սարքումը պետք է առկա լինի ահագանգման ցուցանիշների առնվազն հետևյալ ռեժիմներ՝

- Շնչուղիների բարձր ճնշում, • Շնչուղիների ցածր ճնշում, • Շարունակական բարձր ճնշում (CP բարձր), • Բոպեական բարձր ծավալ (MV բարձր), • Բոպեական ցածր ծավալ, շնչառական ծավալ չկա (VT չկա), • Ապնոե՝ տազնապը ակտիվանում է՝ առավելագույնը 12-18 վայրկյանի ընթացքում, •  $\text{FiO}_2$

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>բարձր, <math>\text{FiO}_2</math> ցածր, • Գազի մատակարարման խափանում՝ ակտիվանում է, երբ մատակարարման ճնշումը իջնում է՝ առավելագույնը 0.25 ՄՊա-ից ցածր, • Թթվածնի անբավարարություն, • Մարտկոցի ցածր լիցքի, • AC/արտաքին հոսանքի անջատում, • <math>\text{O}_2</math> սենսորի անբավարարություն: Սարքը պետք է ապահովի թթվածնի հոսք 0.25-0.6MPa: Հոսանքի սնուցումը 100 Վ-ից մինչև 240 Վ, 50/60 Հց, <math>\leq 65</math> ՎԱ: Սարքը պետք է Ունենա՝ առնվազն 5 դյույմանոց LCD գունավոր սենսորային էկրան: Անվտանգության առավելագույն ճնշում՝ 8 կՊա: Համակարգի համապատասխանություն՝ առավելագույնը 4 մլ/100 Պա: Ներկառուցված մարտկոցը պետք է ապահովի անընդհատ աշխատանք առնվազն 4.5 ժամ: Սարքը պետք է ունենա ճմշման ու ծավալի կառավարման ռեժիմներ, Ինվազիվ և ոչ ինվազիվ շնչառության հնարավորություն, SPONT/PSV և CPAP ռեժիմներ: Պետք է ունենա՝ առնվազն IPX4 ջրակայունության պաշտպանության մակարդակ:</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |               |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |               |                    |                            | <p>Սարքը պետք է լինի կիրառելի հիվանդներին տեղափոխության ընթացքում, անհետաձգելի բուժօգնության մեքենաներում:</p> <p>Պետք է ունենա՝ առնվազն հոսանքի սնուցման հետևյալ աղբյուրները՝ • ներկառուցված մարտկոց, • A/C power adapter, • Շտապ բուժօգնության մեքենայի • D/C սնուցում:</p> <p>Լրակացվի մեջ պետք է առկա լինեն առնվազն՝ թվածային բալուն /իր տալիսով/ թվածային տվյալ-տեխնիկական հատկությունները:</p>                                        |
| <p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p><b>предлагаемого товара</b></p> <p>Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼՏՈՅ-ԷԱԶԱՊԶԲ-2026/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p> |                        |               |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Номер лота                                                                                                                                                                                                                                              |                        |               | Предлагаемый товар |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | фирменное наименование | товарный знак | марка              | наименование производителя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |               |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |               |                    |                            | <p>սարքը, բալունը և արժեքտուարները հարմարավետ և անվտանգ տեղափոխման համար:</p> <p>Ամբողջական սարքի և արժեքտուարների ամբողջական քաշը ոչ ավել քան 8,5 կիլոգրամից: Սարքը պետք է համապատասխանում է EN1789 ստանդարտի պահանջներին Համապատասխանում է հետևյալ ստանդարտներին 60601-1:2005 + CORR. 1:2006 + CORR. 2:2007+A1:2012: IEC 60601-1-8: 2006 +Am.1:2012, EN 794-3:1998+A2:2009,IEC 62304:2006+A1:2015, IEC 60601-1-2:2014: Սերտեֆիկատներ՝</p> |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | ISO, CE կամ համարժեք: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ առնվազն 12 ամիս: |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|