

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/95 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Y8Y	Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.	Խնամյալի մահճակալ նախատեսված հետվիրահատական խնամքի համար: Տիպը Էլեկտրական, շարժիչները գծային տիպի, անձայն, առնվազն 20000 աշխատանքային ցիկլով, առնվազն 4 հակաստատիկ անիվներով, անիվների տրամագիծը առնվազն 125մմ: Մահճակալի չափսերը առնվազն 2000x1000մմ, Երկարության ավելացման մեխանիզմով առնվազն մինչև 2200մմ, բարձրությունը Էլեկտրական կարգաբերվող առնվազն 360-780մմ միջակայքով: Խնամյալի առավելագույն թույլատրելի քաշը՝ ոչ պակաս քան 250 կգ: Գործառույթները առնվազն՝ Կոնքի հատվածի երկակի գործողության սիմետրիկ ռեգրեսիա, ոչ պակաս քան 160մմ տիրույթով; Մեջքի հատվածի Էլեկտրական թեքման գործառույթ, ոչ պակաս քան 0-80°տիրույթով; Շնկի հատվածի Էլեկտրական թեքման գործառույթ, ոչ պակաս քան 0-40° տիրույթով; Թրենդելենբուրգ Էլեկտրական թեքման գործառույթ, ոչ պակաս քան 0-12° տիրույթով; Հակադարձ Էլեկտրական թրենդելենբուրգ թեքման գործառույթ, ոչ պակաս քան 0-12° տիրույթով; Տիպային դիրքի մեկ հպումով Էլեկտրական կարգաբերում, թեքվածությունը 30°; Վերակենդանացման

		դիրքի մեկ հպումով էլեկտրական կարգաբերում; Վերակենդանացման դիրքի մեկ հպումով մեխանիկական կարգաբերում առնվազն երկու կողմից; Թեքման անկյունի ցուցիչ, տիրույթը առնվազն -90+90 տիրույթում; Պլաստիկ, հեշտ հանվող, մաքրվող և ախտահանվող պլատֆորմ ներքնակի համար; Պլաստիկ կողային մոդուլներ, մեկ հպումով իջնող, հեշտ հանվող և ախտահանվող, իջեցումը անձայն, գազային ամորտիզատորներով, իջեցման գործառույթի փականման հնարավորություն; Մարտկոցի առկայություն, առնվազն բոլոր գործառույթների 50 լիարժեք աշխատանքի ապահովման հնարավորությամբ; Կենտրոնական կողպման գործառույթի առկայություն; Գրպանների առկայություն ներսից և դրսից; Պատերի և դռների հարվածներից պաշտպանության կողային անիվներ, առնվազն 100մմ տրամագծով; Գլխամասի և ոտքերի հատվածներում կողային մոդուլների արագ հանման և կողպման հնարավորություն; Էլեկտրական կարգաբերման 4 վահանակի առկայություն հիվանդի և բուժանձնակազմի երկու կողմից; Էլեկտրական կարգաբերման ձեռքի վահանակի առկայություն, լարի երկարությունը առնվազն 2 մ; Առնվազն մեկ ներարկման ձողի առկայություն 4 կախիչով; Առնվազն երկու կախիչի առկայություն դրենաժային պարկերի համար; Արտակարգ իրավիճակների անջատիչի առկայություն: Էլեկտրական սնուցումը համաձայն ՀՀ Էլեկտրական ցանցերի ստանդարտի: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փակ գործարանային փաթեթավորմամբ, լրակազմում ունենա բոլոր անհրաժեշտ պարագաները լիարժեք աշխատանքի համար: Ապրանքի որակի և արտադրողի ստանդարտների ապահովման վկայագրերի առկայություն առնվազն՝ ISO-9001, ISO-13485, ISO-14001, IEC60601, CE, FDA Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս: Մատակարար պետք է ապահովի մատակարարումը, տեղադրումը և անձնակազմի ուսուցումը գնորդի նշված հասցեում:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЛУРЧ-ЛУХУНДР-26/95 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Y8Y	Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.	Խնամյալի մահճակալ նախատեսված հետվիրահատական խնամքի համար: Տիպը էլեկտրական, շարժիչները գծային տիպի, անձայն, առնվազն 20000 աշխատանքային ցիկլով, առնվազն 4 հակաստատիկ անիվներով, անիվների տրամագիծը առնվազն 125մմ: Մահճակալի չափսերը առնվազն 2000x1000մմ, երկարության ավելացման մեխանիզմով առնվազն մինչև 2200մմ, բարձրությունը էլեկտրական կարգաբերվող առնվազն 360-780մմ միջակայքով: Խնամյալի առավելագույն թույլատրելի քաշը՝ ոչ պակաս քան 250 կգ: Գործառույթները առնվազն՝ Կոնքի հատվածի երկակի գործողության սիմետրիկ ռեգրեսիա, ոչ պակաս քան 160մմ տիրույթով; Մեջքի հատվածի էլեկտրական թեքման գործառույթ, ոչ պակաս քան 0-80°տիրույթով; Շնկի հատվածի էլեկտրական թեքման գործառույթ, ոչ պակաս քան 0-40° տիրույթով; Թրենդելենբուրգ էլեկտրական թեքման գործառույթ, ոչ պակաս քան 0-12° տիրույթով; Հակադարձ էլեկտրական թրենդելենբուրգ թեքման գործառույթ, ոչ պակաս քան 0-12° տիրույթով; Տիպային դիրքի մեկ հպումով էլեկտրական կարգաբերում, թեքվածությունը 30°; Վերակենդանացման

		դիրքի մեկ հալումով էլեկտրական կարգաբերում; Վերակենդանացման դիրքի մեկ հալումով մեխանիկական կարգաբերում առնվազն երկու կողմից; Թեքման անկյունի ցուցիչ, տիրույթը առնվազն -90+90 տիրույթում; Պլաստիկ, հեշտ հանվող, մաքրվող և ախտահանվող պլատֆորմ ներքնակի համար; Պլաստիկ կողային մոդուլներ, մեկ հալումով իջնող, հեշտ հանվող և ախտահանվող, իջեցումը անձայն, գազային ամորտիզատորներով, իջեցման գործառույթի փականման հնարավորություն; Մարտկոցի առկայություն, առնվազն բոլոր գործառույթների 50 լիարժեք աշխատանքի ապահովման հնարավորությամբ; Կենտրոնական կողպման գործառույթի առկայություն; Գրպանների առկայություն ներսից և դրսից; Պատերի և դռների հարվածներից պաշտպանության կողային անիվներ, առնվազն 100մմ տրամագծով; Գլխամասի և ոտքերի հատվածներում կողային մոդուլների արագ հանման և կողպման հնարավորություն; Էլեկտրական կարգաբերման 4 վահանակի առկայություն հիվանդի և բուժանձնակազմի երկու կողմից; Էլեկտրական կարգաբերման ձեռքի վահանակի առկայություն, լարի երկարությունը առնվազն 2 մ; Առնվազն մեկ ներարկման ձողի առկայություն 4 կախիչով; Առնվազն երկու կախիչի առկայություն դրենաժային պարկերի համար; Արտակարգ իրավիճակների անջատիչի առկայություն: Էլեկտրական սնուցումը համաձայն ՀՀ Էլեկտրական ցանցերի ստանդարտի: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փակ գործարանային փաթեթավորմամբ, լրակազմում ունենա բոլոր անհրաժեշտ պարագաները լիարժեք աշխատանքի համար: Ապրանքի որակի և արտադրողի ստանդարտների ապահովման վկայագրերի առկայություն առնվազն՝ ISO-9001, ISO-13485, ISO-14001, IEC60601, CE, FDA Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս: Մատակարար պետք է ապահովի մատակարարումը, տեղադրումը և անձնակազմի ուսուցումը գնորդի նշված հասցեում:
--	--	---