

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏԻԿԱՍՈՆ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-93/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	Ավտոմատ սարք TOCM-10 տեսակի, յուղերի օքսիդացման նկատմամբ կայունությունը որոշելու համար; Նշված փորձարկման պայմանների ավտոմատ պահպանումով: Սարքի համակարգը ներառում է. 1. յուղերի կայունությունը որոշելու սարք, 2. 6 բջիջ ունեցող տաքացման բլոկ, 3. Ներկառուցված ջեռուցիչ, որը ապահովում է $\pm 0,5$ 0C ճշգրտություն 40 – 1800C միջակայքում և ± 10 180 – 3500C միջակայքում; 4. օդի պատրաստման համակարգ՝ առավելագույն թույլատրելի մոտքային օդի ճնշմամբ, որը չի գերազանցում 170 կՊա, ստանդարտ ջերմաչափ, փորձանոթներ: Պահանջվում է ներկայացնել շահագործման ձեռնարկ, սարքի անձնագիր, երաշխիքային քարտ, որակի վկայական, տեսակի հաստատման հավաստագիր ՀՀ պետ. ռեեստրում: Արտադրությունը՝ 2025-2026թթ: Պահանջվող լրակագմը՝ • ЛистеЛ TOCM-10 տեսակի սարք – 1 հատ; • Խողովակ - 24 հատ, • Պոլիուրեթանային խողովակ - 6 հատ, • Կոնդենսատոր ըստ ԳՕՍՏ 23797 - 6 հատ, • Կոնդենսատային ընդունիչ ըստ ԳՕՍՏ 23797 - 6 հատ, • Օդի մատակարարման խողովակ ըստ ԳՕՍՏ 23797 - 6 հատ, • Ռեակտոր ըստ ԳՕՍՏ 23797 - 6 հատ, • Սառնարան ըստ ԳՕՍՏ 18136 - 6 հատ, • Ծուղակ կոնդենսատի համար ըստ ԳՕՍՏ 18136 - 6 հատ, • Գիլզա ըստ ԳՕՍՏ 18136 - 6 հատ, • Անցումային խողովակ ըստ ԳՕՍՏ 18136 - 6 հատ, • Գազամատակարարման խողովակ ըստ ԳՕՍՏ 18136 - 6 հատ, • Փորձանոթ ըստ ԳՕՍՏ 18136 - 6 հատ, • Կատալիզատորի թիթեղների հավաքածու (պղնձե M1) ԳՕՍՏ 18136 -ի համար • Կատալիզատորի թիթեղների հավաքածու (պողպատ ШХ15) ԳՕՏ 23797-ի համար • Կատալիզատորի թիթեղների հավաքածու (պղնձե AK4) ԳՕՏ 23797-ի համար • Կատալիզատորի թիթեղների հավաքածու (պողպատ 45) ԳՕՏ 18136-ի համար • Կատալիզատորի թիթեղների հավաքածու (պղնձե M1) ԳՕՏ

23797-ի համար • Տակդիր - 6 հատ, • Պինցետ - 1 հատ, • Բաց բանալի 8 - 1 հատ, • Շահագործման հրահանգ - 1 հատ, • Անձնագիր - 1 հատ, • Ատեստավորման ծրագիր և մեթոդիկա - 1 օրինակ կամ համարժեքը ավտոմատ սարք АПСМ-1М տեսակի - ջերմակարգավորիչ ջերմաստիճան մինչև +250 0С; - ջերմակարգավորիչ հեղուկի սահմանված ջերմաստիճանը պահպանելու ճշգրտությունը՝ ± 0.5 0С Հզորության պարամետրեր՝ - լարում 220 Վ; - հաճախականություն 50 ± 1 Հց; -Էներգիայի սպառում ոչ ավելի, քան 2.5 կՎտ; - օքսիդացված նմուշների առավելագույն քանակը՝ 6; Ռոտամետրի բլոկը տրամաչափվում է օքսիդացնող նյութի հետևյալ հոսքի արագությունների համար. - 50 սմ3 / րոպե; - 5 դմ3 / ժամ; - 200 սմ3 / րոպե: Լրակազմը 1 Ջերմաստատիկ լոգարան - 1 հատ, 2 Կառավարման բլոկ - 1 հատ, 3 Ռոտամետրների բլոկ - 1 հատ, Մոնոստատ (ապամոնոտաժված վիճակում) 1 Եռոտանի (штатив) - 1 հատ, 2 Փորձանոթ - 1 հատ, 3 Հիմք - 1 հատ, 4 Միացնող խողովակ (փրփրացող) - 1 հատ, 5 Խցան - 1 հատ, 6 պտուտակ Մ8- 1 հատ, 7 Տափօղակ (шайба) 8 - 1 հատ, Թթվածնի մատակարարման համակարգի տարրերը 1 Ռեդուկտոր БКО-50-12,5 ГОСТ 13861-89 - 1 հատ, 2 Փական - 1 հատ, Աքսեսուարների հավաքածու 1 Ռեակցիայի անոթ (ВТИ սարքի համար) - 8 հատ, 2 Խցան (ВТИ սարքի համար) - 8 հատ, 3 Ծուղակ - 8 հատ, 4 բռնիչ БОЗ 6.152.002 - 1 հատ, 5 Ամրոտիզատոր - 6 հատ, 6 Բռնիչ (держатель) БОЗ 6.152.003 - 6 հատ, 7 Սպիրալ - 12 հատ, 8 ափսե (հարթակ) - 12 հատ, 9 Բռնիչ БОЗ 8.126.010 - 2 հատ, 10 Խրոց (заглушка) - 6 հատ, Եռոտանի (ապամոնոտաժված վիճակում) 1 Հիմք - 1 հատ, 2 Սյունակ - 4 հատ, 3 Պալետ (տակդիր) - 1 հատ, 4 Դարակ - 1 հատ Կառավարման բլոկի պարագաներ 1. Ժգուտ (жгут) - 1 հատ, 2. Ջերմաստիճանի սենսոր (Էլեկտրոնային սենսոր) ջերմաստիճանի) - 1 հատ 3. Ցանցային սնուցման մալուխ РС-GE - 1 հատ Չափիչ գործիքներ - Ջերմաչափ ТЛ-4 № 3 ТУ 25.20201-003-88 - 1 հատ, - Ջերմաչափ ТЛ -4 №4 ТУ 25.20201-003-88 - 1 հատ, - Ջերմաչափ ТЛ -4 №5 ТУ 25.20201-003-88 - 1 հատ, - Ջերմաչափ ТЛ-4 №6 - ТУ 25.20201-003-88 - 1 հատ, - Թևք III -9-20 ԳՕՍՍ 9356-75 - 5 հատ, - բժշկական ռետինե խողովակ 4 8,0x2 տիպի ԳՕՍՍ 3399-76 - 5 հատ, - բժշկական ռետինե խողովակ 4 6,0x1,5 տիպի ԳՕՍՍ 3399-76 - 6 հատ, - Կափարիչ БОЗ 8.634.031 - 6 հատ, - Կափարիչ БОЗ 8.634.031 - 1 հատ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ТИКАСОН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2444-ЕЦДЦ72Р-93/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	