ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	Բաց խառնարանում յուղի բռնկման կետը որոշելու համար ТВО-ЛАБ-12 տեսակի սարքավորում - Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման միջակայք՝ 0 - +400°C; - արտադրանքի բռնկման տեսակը՝ - գազ; - Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման սխալանքը – 0.5°C; - Ջերմաստիճանի սենսորի տեսակը՝ Pt 100; - Տաքացման արագություն՝ 0.5- 20.0°C/րոպե; - Բռնկման միջակայք՝ 0.5- 10.0°C; - Մատակարարման անվանական լարում – 230 Վ - Մատակարարման լարման անվանական հաճախականությունը՝ 50 Հց; - Ընդհանուր էներգիայի սպառում, 700 Վտ; - Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +15-ից- +35°C; ТВО-ЛАБ-12 տեսակի սարքի լրակազմը՝ 1. Տիգել - 1 հատ; 2. Ջերմաստիճանի սենսոր (տեղադրված է սարքի վրա) - 1 հատ; 3. Լուսարձակի դետեկտոր - (տեղադրված է սարքի վրա) - 1 հատ; 4. Այրիչի բռնկման պարույր – 2 հատ; 5. Հորատման համար նախատեսված ամրակ-հենարան - 1 հատ; 6. Գազի բալոնի ադապտեր նեյլոնե խողովակով (0.5 մ) - 1 հատ; 7. Հոսանքի մալուխ - 1 հատ; 8. 10Ա ցանցային ապահովիչներ – 2 հատ; Գրիչ - 1 հատ շահագործման հրահանգ ռուսերեն լեզվով - 1 օրինակ, 5. Անձնագիր և որակի հավաստագիր - 1 օրինակ, Արտադրությունը՝ 2026թ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	