

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Ակկու-Չեկ պերֆորմա թեստ- երիզներ	ROCHE	Accu-Chek Performa	ROCHE Diagnostics	Ակկու-Չեք պերֆորմա սարքի համար նախատեսված թեստ- երիզներ: Նմուշի տեսակը՝մազանոթային արյուն: Չափման մեթոդ՝Էլեկտրոքիմիական Չափման միջակայքը՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ Չափման ժամանակահատվածը՝ 5վրկ Արյան ծավալը՝0.6 մկլ Կալիբրացիա՝ համակարգը կալիբրավորված է ըստ երակային արյան, որը հիմնված է հեքսոկինազային մեթոդի վրա և համապատասխանում է NIST չափորոշիչին, Mut. Q- GDH 2 կայուն թթվածնի ազդեցության հանդեպ,

					Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոփոխվում անկախ սրվակի բացման պայմանից: Համակարգը համապատասխանում է EN ISO 15197:2013, CE0088 չափորոշիչների պահանջներին: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի հավաստագրեր արտադրողի ձևաթղթով:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UU9P4-ETΔU72P-26/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Стрип Accu-Chek Performa	ROCHE	Accu-Chek Performa	ROCHE Diagnostics	Стрип для глюкометра Accu-Chek Performa