

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Clinical Chemistry Analyzer BS-240	Clinical Chemistry Analyzer BS-240	Clinical Chemistry Analyzer BS-240	Mindray	Լիովին ավտոմատ կենսաքիմիական վերլուծիչ : Վերլուծիչը ունի STAT (Նմուշի առաջնահերթյան) Փունկցիա:Արտադրողականությունը առանց Էլեկտրոլիտների հետազոտության ժամում ոչ պակաս 200 թեստ ժամում և ոչ ավել 240 թեստ ժամում:Հետազոտության կատարման սկզբունքներն առնվազն՝ կոլորմետրիկ, տուրբիդիմետրիկ: Հետազոտության կատարման մեթոդներն առնվազն՝ վերջնակետ, կինետիկա, ֆիքսված ժամանակ: Նմուշների և ազդանյութերի համար

					նախատեսված դիրքերի քանակը ոչ պակաս 39-ը և ոչ ավել 50 հատ: Ազդանյութերի և նմուշների պահպանման թնփուկը պետք է ունենա սառեցման համակարգ նվազագույն ջերմաստիճանը ոչ պակաս +2 Co և առավելագույն ջերմաստիճանը ոչ ավել +12Co պահպանման հնարավորությամբ: Սարքը պետք է ունենա ազդանյութերի շտրիխների կոդերի համար նախատեսված ավտոմատ ընթերցման սարք: 1 հետազոտության դեպքում ազդանյութերի ծախսման քանակը ոչ ավել քան 360μl: 1 հետազոտության ծախսվող նմուշի քանակը` ոչ ավել քան 100μl: Սարքը պետք է ունենա ազդանյութի ծավալի հայտնաբերման ավտոմատ հնարավորություն: Օգտագործվող նմուշների փորձանոթը Չափսերը 13x75 մմ և 13x100 մմ: Սարքը պետք է ունենա ներքին և արտաքին համակարգերի լվացման հնարավորություն: Սարքը պետք է ունենա ներկառուցված խառնիչ: Վերլուծիչը պետք է ունենա կյուվետների համար նախատեսված
--	--	--	--	--	---

					առանձին խցիկ նախատեսված ոչ պակաս 45 կյուվետի դիրքով: Կյուվետների տեսակները օպտիկական պլաստիկ կամ օպտիկական ասպակուց: Կյուվետները պետք է լինեն բազմակի օգտագործման:Սարքը պետք է ունենա կյուվետների բազմաստիճան լվացման կայան:Ջրի ծախսը ոչ ավել 6,5 լ/ժ: Ռեակցիայի ջերմաստիճանը $+37 \text{ Co} \pm 0,2 \text{ Co}$: Սարքը պետք է ունենա ներկառուցված լամպ հալոգեն կամ LED տեսակի: Ալիքի երկարությունը 340-800 նմ առնվազն 8 ֆիլտրով:Ֆիլտրների ալիքի երկարությունը 340-380 նմ, 405-420 նմ, 505-515 նմ, 546-566 նմ, 570-580 նմ, 600-630 նմ, 660-690 նմ, 700-740 նմ: Համակարգչին միանալու հնարավորություն:LIS համակարգին միանալու հնարավորություն: Սարքի քաշը չպետք է գերազանցի 120 կգ: Սարքի տեղադրումը, ուսուցումը և առաջացած խնդիրների շտկումը պետք է կատարեն արտադրողի կողմից վերջին մեկ տարում վերապատրաստում անցած և սերտիֆիկացված մասնագետները:
--	--	--	--	--	--

					Սարքի համար պետք է տրվի 1 տարվա երաշխիք, ինչպես նաև մատակարարը պետք է կատարի առնվազն 2027 թվականի հետերաշխիքային սպասարկումը: Սարքը պետք է արտադրված լինի 2026 թվականի ընթացքում: ISO որակի սերտիֆիկատների առկայություն: Կենսաքիմիական վերլուծիչի ազդանյութերը Պետք է ունենան CE Mark (Regulation IVDR 2017/746) կամ FDA կամ համարժեք ԵԱՏՄ երկրներից որևէ մեկում բժշկական արտադրատեսակի գրանցման վկայան:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕЦДЦПЗР-26/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					