ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդէքսպերտ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Երկակի էներգիայի վիրաբուժական հարթակ՝ RF և ուլտրաձայնային	Surgnova, VariCure	Surgnova	Surgnova Healthcare Technologies (Zhejiang) Co., Ltd.	Մեկ ինտեգրված հարթակ, որն ապահովում է առաջադեմ բիպոլյար/RF անոթային փակման և ուլտրաձայնային կտրման-կոագուլյացիայի գործառույթներ։ Երկու գործիքները կարող են միացված մնալ առանձին պորտերին, իսկ ակտիվացումը կատարվում է արտադրողի կողմից թույլատրված անվտանգ կարգով։ Հյուսվածքային հետադարձ կապի հիման վրա էներգիայի ավտոմատ կարգավորում։ RF գործիքով՝ մինչև 7 մմ ներառյալ անոթների փակման արտադրողի ցուցում,

					ուլտրաձայնային գործիքով՝ մինչև 7 մմ։ Սնուցումը՝ 100–240 VAC, 50/60 Hz։ Ինքնաստուգում, սխալի/վտանգի տեսանելի և լսելի ազդանշաններ, օգտագործողին հասկանալի կառավարման միջերես։ Մատակարարումը ներառում է առնվազն 1 բազմակի օգտագործման ուլտրաձայնային տրանսդյուսեր, անհրաժեշտ ոտնակ(ներ), մալուխներ, ադապտերներ, ծրագրային լիցենզիաներ, տեղադրում, ֆունկցիոնալ փորձարկում և ուսուցում՝ առանց առանձին վճարի։ Տրանսդյուսերը առանձին գնման ենթակա չէ։ Երաշխիք՝ 24 ամիս։ IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 և IEC 60601-2-2 ստանդարտների համապատասխանության ապացույց։ 5-01 էներգետիկ հարթակն ունի IEC 60601-1:2005+A1:2012+A2:2020, IEC 60601-1-2:2014+A1:2020 և IEC 60601-2-2:2017+A1:2023 (ներառյալ կիրառելի մեկնաբանությունները) անվտանգության և էական կատարողականի ապացույց։ Ստերիլ, մեկ պացիենտի համար

					նախատեսված, 5 մմ անվանական տրամագծով RF/բիպոլյար անոթային փակման գործիքներ՝ բաց և էնդոսկոպիկ կիրառման համար։ Աշխատանքային երկարությունների տեսականին՝ 230, 370 և 440 մմ կարճ/ստանդարտ/երկար տարբերակներով։ Ներկառուցված մեխանիկական դանակ, հյուսվածքային հետադարձ կապով կառավարվող էներգիա և մինչև 7 մմ ներառյալ անոթների փակման արտադրողի հաստատված ցուցում։ Լիարժեք համատեղելիություն առաջարկվող 5-01 հարթակի հետ։ Չափերի համամասնությունը՝ պատվիրատուի հայտով։ Ներկայացված է IFU/5-01 համակարգի համատեղելիության փաստաթուղթ։ Ստերիլիզացման ենթակա չեն նշված գործիքները, քանի որ մեկանգամյա օգտագործման համար են նախատեսված։ Ստերիլ, մեկ պացիենտի համար նախատեսված ուլտրաձայնային մկրատներ՝ փափուկ հյուսվածքների բռնման, դիսեկցիայի, կտրման և կոագուլյացիայի համար։ Լիսեռի

					տրամագիծը՝ 5.5 մմ։ Աշխատանքային երկարությունների տեսականին՝ 90, 130, 170, 210, 350, 430 մմ կարճ/ստանդարտ/երկար տարբերակներով։ Ձեռքի և/կամ ոտնակի կառավարում, 7 մմ անոթների փակման արտադրողի հաստատված ցուցում՝ հաստատված արտադրողի IFU-ով։ Լիարժեք համատեղելիություն առաջարկվող 5-01 հարթակի և տրանսդյուսերի հետ։ Չափերի համամասնությունը՝ պատվիրատուի հայտով։ Ներկայացված է IFU/5-01 համակարգի համատեղելիության փաստաթուղթ։ Ստերիլիզացման ենթակա չեն ուլտրաձայնային մկրատները, քանի որ մեկանգամյա օգտագործման համար են նախատեսված։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Медэксперт в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					