ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՆԷՅԴ ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Երկակի էներգիայի վիրաբուժական հարթակ՝ RF և ուլտրաձայնային	Երկակի էներգիայի վիրաբուժական հարթակ՝ RF և ուլտրաձայնային	Երկակի էներգիայի վիրաբուժական հարթակ՝ RF և ուլտրաձայնային	Երկակի էներգիայի վիրաբուժական հարթակ՝ RF և ուլտրաձայնային	Մեկ հատ ինտեգրված հարթակ, որն ապահովում է առաջադեմ բիպոլյար/RF անոթային փակման և ուլտրաձայնային կտրման-կոագուլյացիայի գործառույթներ։ Երկու գործիքները կարող են միացված մնալ առանձին պորտերին, իսկ ակտիվացումը կատարվում է արտադրողի կողմից թույլատրված անվտանգ կարգով։ Հյուսվածքային հետադարձ կապի հիման վրա էներգիայի ավտոմատ կարգավորում կամ գործառութային համարժեք անվտանգ կառավարման մեխանիզմ։ RF գործիքով՝ մինչև 7 մմ

					ներառյալ անոթների փակման արտադրողի ցուցում, ուլտրաձայնային գործիքով՝ 5 մմ։ Սնուցումը՝ 100–240 VAC, 50/60 Hz։ Ինքնաստուգում, սխալի/վտանգի տեսանելի և լսելի ազդանշաններ, օգտագործողին հասկանալի կառավարման միջերես։ Մատակարարումը ներառում է առնվազն 1 բազմակի օգտագործման ուլտրաձայնային տրանսդյուսեր, անհրաժեշտ ոտնակ, մալուխներ, ադապտերներ, ծրագրային լիցենզիաներ, տեղադրում, ֆունկցիոնալ փորձարկում և ուսուցում՝ առանց առանձին վճարի։ Տրանսդյուսերը առանձին գնման ենթակա չէ։ Երաշխիք՝ 24 ամիս։ IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 և IEC 60601-2-2 կիրառելի ստանդարտների համապատասխանության ապացույց։ Ստերիլ, մեկ պացիենտի համար նախատեսված, 5 մմ անվանական տրամագծով RF/բիպոլյար անոթային փակման գործիքներ՝ բաց և էնդոսկոպիկ կիրառման համար։ Աշխատանքային երկարությունների տեսականին՝

					գործառութային համարժեք 140 մմ, 250 մմ,370 մմ, 450 մմ երկարությամբ կույր կամ թեք ծայրով: Ներկառուցված մեխանիկական դանակ, հյուսվածքային հետադարձ կապով կառավարվող էներգիա և մինչև 7 մմ ներառյալ անոթների փակման արտադրողի հաստատված ցուցում: Լիարժեք համատեղելիություն առաջարկվող հարթակի հետ: 40 հատ՝ չափերի համամասնությունը՝ պատվիրատուի հայտով: Կներկայացվի IFU, ստերիլիզացման մեթոդը, պիտանելիության ժամկետը էներգետիկ համակարգի հետ համատեղելիության փաստաթուղթ:Ստերիլ, մեկ պացիենտի համար նախատեսված ուլտրաձայնային մկրատներ՝ փափուկ հյուսվածքների բռնման, դիսեկցիայի, կտրման և կոագուլյացիայի համար: Լիսեռի տրամագիծը՝ 5.5 մմ: Աշխատանքային երկարությունների տեսականին՝ մոտ 140, 230, 360 և 450 մմ: Ձեռքի և/կամ ոտնակի կառավարում, 5 մմ անոթների փակման արտադրողի հաստատված

					ցուցում ։ Լիարժեք համատեղելիություն առաջարկվող էներգետիկ հարթակի և տրանսդյուսերի հետ։40 հատ՝ չափերի համամասնությունը՝ պատվիրատուի հայտով։ Կներկայացվի IFU, ստերիլիզացման մեթոդը, պիտանելիության ժամկետը էներգետիկ համակարգի հետ համատեղելիության փաստաթուղթ։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԻՆԷՅԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					