

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՄԱ Մեդիքլ-ն ՇՄՄԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Xindray	Xindray	XRXP150	XINDRAY MEDICAL INTERNATIONAL CO., LIMITED	1. Ռենտգեն գեներատոր և ռենտգեն խողովակ • Սարքի տեսակ - Շարժական թվային ռենտգեն համակարգ՝ թվային հարթ պանելային դետեկտորով, աշխատանքային կայանով և պատկերների մշակման ծրագրային ապահովմամբ • Գեներատորի ելքային հզորություն - 10 կՎտ • Սնուցման պայմաններ - Միաֆազ AC 220Վ / 110Վ, 50/60Հց • Ինվերտորի հաճախականություն - 100 կՀց • Խողովակի լարման միջակայք - 40-120 կՎ • Խողովակի հոսանքի միջակայք - 3.2-125 մԱ •

					mAs միջակայք - 0.1-250 mAs • Ճառագայթման ժամանակ - 1-10000 մվ • Էքսպոզիցիայի տեխնիկա - kV- mAs և kV-mA-ms ռեժիմների ընտրության հնարավորություն • Ռենտգեն խողովակ - Ստացիոնար անոդային ռենտգեն խողովակ, ֆոկուսային բիծ՝ 2.0 մմ • Թիրախի անկյուն - 15° • Ռենտգեն խողովակի ներքին ֆիլտրացիա - 0.65 մմ Al • Սարքի ընդհանուր ներքին ֆիլտրացիա - 1.85 մմ Al • Անոդի ջերմային ունակություն - 30 կՋ (42 KHU • Նոմինալ ելքային հզորություն - 10 կՎտ (100 կՎ, 150 մԱ, 0.1 վ) • Անմիջական (պիկ) հզորություն - 3 կՎԱ • Սպասման ռեժիմի հզորություն - 1 կՎԱ • Էկրան - 8 դյույմ սենտրային • Էքսպոզիցիայի կառավարում - kV-mAs և kV-mA-ms ռեժիմների ընտրության հնարավորություն Կոլիմատոր (ճառագայթի դաշտի սահմանափակիչ) • Չափսեր (Ե×Լ×Բ) - 234.5 × 212 × 109.4 մմ • Քաշ - 3.3 կգ • Լուսային դաշտի լամպ - LED, 10 Վտ • Լուսավորման ժամանակաչափ - 30 • Լույսի միացման/անջատման ֆունկցիա -
--	--	--	--	--	---

Առկա է • Ներքին ֆիլտրացիա - 1.2 մմ Al @75 կՎ • Ճառագայթման դաշտ - 0 սմ x 0 սմ - 45 սմ x 45 սմ (SID=100 սմ) դեպքում • Նվազագույն լուսավորություն - 100 Lux • Արտահոսքային ճառագայթում - <0.5 mGy/h (100 կՎ, 10 mAs) Թվային հարթ պանելային դետեկտոր • Տեխնոլոգիա - Թվային հարթ պանելային դետեկտոր , Csl սցինտիլյատորով և a-Si (ամորֆ սիլիկոն) TFT սենսորով • Ակտիվ տարածք -350x427 մմ • Ակտիվ պիքսելների մատրիցա -2496x3040 պիքսել • Պիքսելի չափ -140 մկմ • Տարածական լուծաչափ -3.4 lp/mm • Պատկերման ժամանակ -5 վ • Նախադիտման ժամանակ -3 վ • Դետեկտորի չափեր -462x384x16 մմ • Զաշ - ≤ 3.6 կգ • Ռենտգեն ընդունող մակերես - Սև, բարձր որակի ածխածնային մանրաթել • Հետին վահանակ - Ածխածնային մանրաթել / ալյումինե համաձուլվածք • Միջանկյալ շրջանակ - Ալյումինե համաձուլվածք • Դինամիկ միջակայք - 16 բիտ, >66 դԲ • MTF - 1.0 lp/mm, >63% (Csl) • DQE (0 lp/mm) - >62% (Csl) • DQE

						(0.5 Ip/mm) - >50% (Csl) • Sվյալների փոխանցում - Gigabit Ethernet / Wi-Fi 5G • Մարտկոց - 150×160×7.6 մմ 4600 mAh • Լիցքավորման ժամանակ - 3 ժամ • Սպասման ժամանակ - 8 ժամ • Մուտքային հոսանք - 100-240 VAC • Աշխատանքային ջերմաստիճան - 10-40°C • Աշխատանքային խոնավություն - 30-75% • Պահեստավորման ջերմաստիճան - -20-ից +55°C • Պահեստավորման խոնավություն - 30-93% RH Աշխատանքային կայան • CPU -Intel Core i5 կամ համարժեք արտադրողականության պրոցեսոր • Օպերատիվ հիշողություն - Առնվազն 16ԳԲ • Կոշտ կրիչ -512ԳԲ • Օպերացիոն համակարգ - Լիցենզավորված Windows 10 Professional • Էկրանի չափ -15.6 դյույմ • Էկրանի լուծաչափ -1920×1080 թվային պատկերի ծրագրային ապահովում • Համակարգիչ -Lenovo • Պացիենտի տվյալների կառավարում - Պացիենտի տվյալների ստեղծում, պահպանում և կառավարում • Պատկերի ստացում և մշակում -
--	--	--	--	--	--	---

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		Պատկերի ստացման , մշակման , պահպանման և դիտման գործառնությունների ապահովում • Պատկերի գործիքներ – Պատկերի պտտում, կտրում, մոխրագույնի կարգավորում , նշումներ ,խոշորացում /փոքրացում և այլ հիմնական գործիքներ • Տպագրություն և հաշվետվություն – ՇՍՍԿ-ԼՈՒՃԱՊԻՃ-26/14 նիջե Առկա է Տպագրություն և հաշվետվություն • Պատկերի տեխնիկական հատկանիշներ – DICOM, PNG, BMP և JPG ձևաչափերով պատկերի արտահանում • DICOM ինտեգրում – Արտաքին PACS համակարգի , DICOM Film Printer-ի, Worklist-ի և MPPS-ի կարգավորում/միացում • Առաջադեմ գործառնություններ – Վիրտուալ dual-energy subtraction, image stitching և AI գործառնություններ
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Արտահանում • DICOM ինտեգրում – Արտաքին PACS համակարգի , DICOM Film Printer-ի, Worklist-ի և MPPS-ի կարգավորում/միացում • Առաջադեմ գործառնություններ – Վիրտուալ dual-energy subtraction, image stitching և AI գործառնություններ
1	Xindray	Xindray	XRXP150	XINDRAY MEDICAL INTERNATIONAL CO., LIMITED	• Լրացուցիչ ընտրանքներ – BMD գործառնություններ (օպցիոնալ) Սայլակ • Կառուցվածք – Շարժական կանգնակ` ռենտգեն ճառագայթիչի և անհրաժեշտ պարագաների տեղադրման համար • Կախիչ թևի առավելագույն բարձրություն – 1900 մմ Սպասարկում • Երաշխիք –24 ամիս • Ձեռնարկներ – Անգլերեն

					Միջազգային հավաստագրեր • ISO 13485 և ISO 9001 Այլ պայմաններ Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից Ապրանքը նոր, չօգտագործված Ապրանքը արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար
--	--	--	--	--	--