# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/71 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | "Safemate EZ Class ii microbiological safety cabinet" | Tecnilabo | SafeMate EZ 1.2 | Tecniplast | 1.Պահարանը պատկանում է II դասին, A2 տիպին։<br>2.Աշխատանքային խցիկի լայնությունը՝ 1230 մմ։<br>3.Աշխատանքային խցիկի բարձրությունը 700 մմ և ապահովում է ինվերտացված միկրոսկոպի տեղադրման և շահագործման հնարավորություն։<br>4.Պահարանի կառուցվածքը ապահովում է օպերատորի, նմուշի և շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը՝ II դասի A2 տիպի պահարանի նշանակությանը համապատասխան կենսաբանական |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | նյութերի հետ աշխատանքի ընթացքում: 5.Պահարանը ունի միկրոպրոցեսորային կառավարման համակարգ՝ ցուցադրման վահանակով/էկրանով: 6. Ապահովում է օդային հոսքերի պարամետրերի իրական ժամանակի մոնիթորինգ, ինչպես նաև տեսողական և ձայնային ազդանշանային համակարգ՝ աշխատանքային պարամետրերի թույլատրելի սահմաններից շեղման դեպքում: 7.Առջևի պատուհանը (sash) ապահովում է անվտանգ ֆիքսացիա աշխատանքային դիրքում, պաշտպանիչ փակման հնարավորություն և մաքրման ու սպասարկման համար հասանելիություն: 8.Առջևի պատուհանը՝ էլեկտրաշարժիչով կառավարմամբ: 9.Պահարանը համապատասխանում է EN 12469:2000 ստանդարտին: 10.Աշխատանքային գոտու օդի մաքրությունը՝ ISO Class 3՝ ըստ EN ISO 14644-1: 11.Ֆիլտրացիոն համակարգը ներառում է H14 դասի ֆիլտրեր՝ ըստ EN 1822-1, 99.995% արդյունավետությամբ MPPS-ի |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | դեպքում: 12.Մուտքային օդի միջին արագությունը 0.40 մ/վ: 13.Նվազող լամինար օդային հոսքի միջին արագությունը համապատասխանում է արտադրողի կողմից II դասի A2 տիպի պահարանի համար հայտարարված նոմինալ արժեքներին և հաստատվում է գործարանային փորձարկումներով/սերտիֆիկացմամբ: 14.Պահարանի աերոդինամիկական սխեման համապատասխանում է A2 տիպի կառուցվածքին, այսինքն՝ ապահովում է մոտավորապես 30% արտածվող և 70% ռեցիրկուլացվող օդ: 15.Պահարանը նախատեսված է շահագործման համար առանց արտաքին արտածման օդափոխության համակարգին պարտադիր միացման: Thimble/canopy համակարգով միացման հնարավորությունը առկա է որպես լրացուցիչ օպցիա: 16.Աշխատանքային խցիկը, աշխատանքային մակերեսը և աշխատանքային գոտու հետ շփվող ներքին տարրերը պատրաստված են 304 տեսակի չժանգոտվող |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | պողպատից։ 17.Աշխատանքային մակերեսի լուսավորվածությունը 750 լյուքս։ 18.Աշխատանքային գոտու ներսում նախատեսված է երկու ներկառուցված օժանդակ էլեկտրական վարդակ։ 19.Էլեկտրասնուցումը՝ 220–240 Վ, 50/60 Հց։ 20.Մատակարարման փաթեթում ներառված է բարձրությամբ կարգավորվող ստենդ։ 21.Պահարանը ապահովում է մաքրման, ախտահանման և տեխնիկական սպասարկման հարմարավետություն։ 22.Ուլտրամանուշակագույն լամպը ներառված է սարքի մեջ։ Այն ունի անվտանգ միջբլոկավորում, որը բացառում է աշխատանքի հնարավորությունը բաց առջևի պատուհանի դեպքում կամ օպերատորի աշխատանքային ռեժիմում։ 23.Արտադրողը ունի ներդրված ISO 9001 որակի կառավարման համակարգ։ 24.Առաջարկի մեջ ներառված են սարքավորման առաքումը, տեղադրումը, շահագործման հանձնումը, աշխատունակության ստուգումը/թեստավորումը։ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ** | | | 25.Առաջարկի մեջ ներառված է անձնակազմի ուսուցումը սարքավորման հետ աշխատանքի վերաբերյալ: 26.Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամիս: Ապահովված է հետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն: |

**предлагаемого товара**

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |