ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	-	-	-	Ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչբաց համակարգի Թողունակությունը 200 տեստ /ժամ արագությամբ Չափման մեթոդաբանություն՝ ծայրակետ, ֆիքսված ժամանակ, կինետիկ: Կատարվող հետազոտություններ՝ ոչ պակաս քան ASAT,ALAT,Glucose, Crea,Urea,UA,Chol,TG,Alb,TP,Microalbumin, Bil T,Bil D, HDL,LDL,Ethanol, Lactate,Urine proteine, Bile acid, Amylase, ALP,GGT,LDH,CK,CK-MB,HBDH,Lipase, ACP,Cholinesterase, Ca arsenazo, Mg,Fe,UIBC, Phosphorus, IgA,IgM,IgG,IgE, CRP,RF,ASo,C3,C4,Apolipoprotein,,Transferin, AntithrombinIII,HbA1C, D-Dimer, Cystatin C, Ferritin, Myoglobin, AFP, α1 microglobulin Չափման մեթոդներ՝ ֆոտոմետրիա (կալորիմետրիա, UV-test, տուրբոդիմետրիա) Քննության մեթոդներ՝ բիքրոմատիկ

				փորձ/ռեագենտ վերահսկում, կինետիկ, ֆիքսված ժամանակ, դիֆերենցված վերջնական կետերով փորձ/ռեագենտ վերահսկում Հաշվարկի մեթոդներ՝ միակետ և բազմակետ ֆակտորով Հաշվարկի ալգորիթմը՝ գծային (ֆակտոր, գծային, գծային ռեգրեսիոն, միջինացված), ոչ գծային,4Pև 5P հնգավալենտ պարամետրային (սիգմոիդ), մուլտի-պարամետր (լոջիտ-լոգ ռեգրեսիեն) Յուրաքանչյուր տեստի համար կալիբրատոր-ստանդարտ. Նմուշ / Վերահսկողություն / Կալիբրատոր-1 Կոնտրոլ-1 Նմուշի տեսակ՝ Սիճուկ, պլազմա, մեզ, ընդհանուր արյուն, և այլն Նմուշների քանակը ՝ 30 հատ Նմուծառման ծավալը՝ 2 -30 մկլ/թեստ Շարունակական ներմուծման հնարավորությամբ Նախնական նոսրացում՝ ավտոմատ (ասեղում կամ ռեակցիոն փորձանոթում) Հետնոսրացումը՝ ավտոմատ (արտասովոր չափաքանակների, սուբստրանտի չափից ավելի արտածծման կ պահանջվող քանակից քիչ լինելու դեպքում) Ռեագենտ 60 հատ.20մլ,30մլ,50մլ,60մլ,70մլ տարողությամբ նախատեսված դիրքերի առկայություն Ռեագենտի ծավալը՝ 10-300 մկլ տիրույթում աշխատելու հնարավորություն, 0.5մկլ ճշգրտությամբ Ռեակցիոն 81 լվացվող կյուվետ Մինիմալ և մաքսիմալ ռեակցիոն ծավալները 150 -750 մկլ Կյուվետների լվացման կայան ՝ առնվազն 8 աստիճան և 6 ասեղներով, 2 տեսակի լվացման շշեր համակարգային և հեղուկ լվացման լուծույթներ Ինկուբատորը՝ 37±0,2 աստիճան օդային տաքացում Ինկուբացիոն ժամանակը՝ առավելագույնը 999 վրկ ներառյալ ինկուբացիոն և ստուգման

					ժամանակաները Հեղուկի ներբեռնում Հեղուկի տեղափոխման պիպետային արմունկի առկայություն Հեղուկի մակարդակի տվիչների առկայություն յուրաքանչյուր կյուվետի համար Զոնդի բախման հայտնաբերման հորիզոնական համակարգի առկայություն Ջրի սպառում ՝ 1լ/ժ (8մլ/տեստ) Ջրի որակը՝ 10uS ֆիլտրացիա, դեստիլացված, դեիոնիզացված Կարդացող համակարգ Օպտիկական համակարգը՝ ինտերֆերենցիոն ֆիլտրեր Լույսի աղբյուրը՝ հալոգեն լամպ Լույսի սպեկտորի տիրույթը առնվազն 340-810նմ 8 ներկառուցված ալիքի երկարություն , 340, 405, 450,510, 546, 578, 630, 700 նմ առկայություն ± 2 նմ սխալի հնարավությամբ Էկրանը 10.4 inch color LCD touch screen Հիշողությունը 100.000 նմուշ Ընդունիչը՝ Սիլիկոնային ֆոտոտվիչ Աբսորբցիայի տիրույթը՝ 0-4.5 OD Չափսերը : 700 x 520 x 600 մմ Քաշը 35 կգ Տվյալների մշակում Թերմոստատ՝ ներկառուցված թերմոստատի առկայություն 37±0.3°C Աշխատանքային փորձանոթ՝ միանգամյա օգտագործվող Աշխատանքային համակարգեր՝ հեղուկի մակարդակի որոշում, պաշտպանում բախումից, ռեագենտների մնացորդային քանաքների որոշում, նմուշի ավտոմատ նոսրացում, նմուշի ասեղի ներքին և արտաքին լվացում: LIS համակարգին միանալու հնարավորություն Հիշողության չսահմանափակվող առկայություն՝ փորձերի համար, կալիբրացիայի համար, պացիենտների տվյալների համար, QC տվյալների համար, աբսորբցիոն կորի համար, Համակարգչին միանալու հնարավորություն Սարքը Չինական է, նոր,

				չօգտագործված, կներառի լիարժեք աշխատանքի համար նախատեսված բոլոր պարագաները, տեղադրումը, ուսուցումը, առնվազն 24 ամիս երաշխիքով: Որակի սերտիֆիկատների պարտադիր առկայություն առնվազն՝ ISO 9001, ISO 13485: 2016,

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	SK 6100	Sinothinker SK6100	Sinothinker -Չինաստան	