# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Ա/Ձ Հասմիկ Օհանյան-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/71 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 7 | -86℃ Freezer (Inverter Type) | Biobase | BDF (Customized special order) | Biobase, Biovictor, CO., LTD | 1.Ուղղաձիգ (upright) լաբորատոր սառցարան՝ նախատեսված նմուշների պահպանման համար -40°C մինչև -86°C ջերմաստիճանում։ 2.Ջերմաստիճանի կարգավորման և շահագործման միջակայքը 40°C-ից մինչև –86°C։ 3.Խցիկի օգտակար ծավալը՝ 608 լ։ 4.Տարողունակությունը պետք է համարժեք լինի առնվազն 400 ստանդարտ կրիոբոքսերի պահպանմանը։ 5.Էլեկտրասնուցումը 220 Վ, 50 Հց։ 6.Կառավարման համակարգը |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | electronic է, որի հիմքը միկրոպրոցեսորային է։ 7.Կառավարման և ցուցադրման ինտերֆեյսը ներառում է առնվազն 10.1 դույմանոց գունավոր թվային վահանակ և սենսորային ինտերֆեյս։ 8.Սարքը ապահովում է ջերմաստիճանի և ընթացիկ աշխատանքային վիճակի անընդհատ ցուցադրում։ 9.Սառցարանը ունի տեսողական և ձայնային ահազանգման համակարգ հետևյալ դեպքերի համար՝ ○ ջերմաստիճանի բարձրացում սահմանված շեմից բարձր, ○ ջերմաստիճանի իջեցում սահմանված շեմից ցածր, ○ դռան բաց մնալ, ○ հոսանքի խափանում։ 10.Խցիկը ունի 4 ներքին դուռ՝ նմուշների հասանելիության ժամանակ ջերմային կորուստները նվազեցնելու համար։ 11.Ներքին պահեստավորման կազմակերպումը ներառում է 3 կարգավորվող/հանվող դարակ։ 12.Մատակարարման կազմում պետք է ներառված լինեն մետաղական կամ ալյումինե ռաքեր/պահարաններ cryobox-երի համար, որոնք համատեղելի են |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | սառցարանի խցիկի հետ։ 13.Ներքին խցիկի նյութը չժանգոտվող պողպատից է։ 14.Նախատեսված է հեռավար մոնիթորինգի հնարավորություն՝ Ethernet-ի, ամպային կամ լոկալ ցանցային լուծման հետ համատեղելի արտաքին/ինտեգրվող համակարգի միջոցով՝ տվյալների գրանցման, ծանուցումների և ահազանգերի ֆունկցիաներով։ 15.Սարքը ունի մոնիթորինգի/ահազանգման համակարգի ներկառուցված կամ միացվող մարտկոցային պահուստավորում հոսանքի կորստի դեպքում։ 16.Մատակարարման կազմում ներառված են՝ ● հիմնական սարքը, ● ստանդարտ դարակները, ● ներքին դռները, ● cryobox-երի պահպանման համար համատեղելի ռաքերի/պահարանների հավաքածու, ● շահագործման համար անհրաժեշտ բոլոր ստանդարտ պարագաները, ● շահագործման ձեռնարկը, ● տեխնիկական բնութագրերը և կոմպլեկտացիան հաստատող փաստաթղթերը։ 17.Արտադրողը |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ունի ներդրված ISO 9001 որակի կառավարման համակարգ։ ISO 14001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն։ 18.Առաջարկի մեջ ներառված է սարքավորման առաքումը, տեղադրումը, շահագործման հանձնումը, աշխատունակության ստուգումը/թեստավորումը։ 19.Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս։ Ապահովվելու է հետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն։ |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 7 | | | | | |