

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԷՄՁԻ ՍՊԸ-ն ՍՄՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
30	կարաթել ՊԴՕ (5/0 ծակող 13մմ)	կարաթել ՊԴՕ (5/0 ծակող 13մմ)	կարաթել ՊԴՕ (5/0 ծակող 13մմ)	Ռուսաստան, Հնդկաստան, Չինաստան, Ուկրաինա, Բելոռուս	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող մոնոֆիլամենտ: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է պոլիդիօքսանոն պոլիմերից: Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թելի պատռման ամրությունը IN VIVO պայմաններում 4 շաբաթից 70%±3%, 6 շաբաթից 50%±2%, 8 շաբաթից 20%±2%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 180-210 օր: Թելը օժտված է

					անտիսեպտիկ հատկություններով, որպեսզի կանխի ինֆեկցիայի զարգացումը վիրաբուժական միջամտության շրջանում: Մետրիկ չափը 4 metric, պայմանական չափը 4/0: Թելի երկարությունը 75սմ, N12: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է գիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին: Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը ծակող, 1/2 կորության, 13մմ երկարությամբ: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը
--	--	--	--	--	--

					պետք է պարունակի մակնշում, որն արժարժում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփի վրա պետք է նշված լինի պահպանման պայմանները: ISO 13485 և CE, կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АЕМДЖИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUUF4-ECXU72F-26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
30					