

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎԱ ԿԱ ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-68/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Սառնարան դեղորայքի պահպանման համար Ջերմաստիճանի վերահսկումը ոչ պակաս քան $+2^{\circ}\text{C}$ -ից $+8^{\circ}\text{C}$ տիրույթում Օգտակար ծավալը ոչ պակաս քան 250 լիտր Դարակների քանակը՝ ոչ պակաս քան 5 Ավտոմատ դեֆրոստ տիպի Բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսորային ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ թվային էկրանով՝ ոչ ավելի քան $0,1^{\circ}\text{C}$ ճշգրտությամբ Թվային էկրանը պետք է ցույց տա սառնարանի աշխատանքի վիճակը Անվտանգ պահպանման համար

					լսելի և տեսանելի ահազանգման համակարգ Ոչ պակաս քան բարձր ջերմաստիճանի ազդանշան, ցածր ջերմաստիճանի ազդանշան, Էներգոմատակարարման սխալի ազդանշան Սառեցման սենսորների առկայություն Սառեցման եղանակը՝ հարկադիր օդային հովացման համակարգ Դռան պաշտպանիչ կողպեքի դիզայնը պետք է բացառի դռան բաց մնալը Ներկառուցված լամպի առկայություն, որն ավտոմատ կերպով լուսավորվում կամ անջատվում է դուռը բացելիս կամ փակելիս Լվացվող մակերես Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ
--	--	--	--	--	--

					(առկայություն). 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АВА КА ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-68/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Սառնարան դեղորայքի պահպանման համար Ջերմաստիճանի վերահսկումը ոչ պակաս քան +2°C-ից +8°C տիրույթում Օգտակար ծավալը ոչ պակաս քան 250 լիտր Դարակների քանակը՝ ոչ պակաս քան 5 Ավտոմատ դեֆրոստ տիպի Բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսորային ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ թվային էկրանով՝ ոչ ավելի քան 0,1 °C ճշգրտությամբ Թվային էկրանը պետք է ցույց տա սառնարանի աշխատանքի վիճակը Անվտանգ պահպանման համար

					լսելի և տեսանելի ահազանգման համակարգ Ոչ պակաս քան բարձր ջերմաստիճանի ազդանշան, ցածր ջերմաստիճանի ազդանշան, Էներգոմատակարարման սխալի ազդանշան Սառեցման սենսորների առկայություն Սառեցման եղանակը՝ հարկադիր օդային հովացման համակարգ Դռան պաշտպանիչ կողպեքի դիզայնը պետք է բացառի դռան բաց մնալը Ներկառուցված լամպի առկայություն, որն ավտոմատ կերպով լուսավորվում կամ անջատվում է դուռը բացելիս կամ փակելիս Լվացվող մակերես Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ
--	--	--	--	--	--

					(առկայություն). 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:
--	--	--	--	--	---