

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/78 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Ստերանիոս 2% 5լ	ԱՆԻՈՍ	STERANIOS 2% NG, ECS	Լաբորաթրիս ԱՆԻՈՍ	Բաղադրությունը- Գլուտարալդեհիդ 2%, ,հակակոռոզիոն հավելումներ,կայունացնող նյութեր և այլ օժանդակ բաղադրամասեր: Փաթեթավորումը -5 լիտր պոլիէթիլենային տարա: Աշխատանքային լուծույթը բազմակի օգտագործման համար է: Լուծույթը կարելի է օգտագործել մասամբ` ըստ անհրաժեշտ ծավալի: Բարձր մակարդակի ախտահանող ( ԲՄԱ ) և մանրէազերծող նյութի պիտանելիության ժամկետը` 3 տարի: Ունենա թեստ զուլեր լուծույթի պիտանելիությունը վերահսկելու

				համար: Ախտահանիչ նյութի pH 5,5-6,5: Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, առարկաների, Էնդոսկոպների ախտահանման, բարձր մակարդակի ախտահանման, մանրէազերծման և սպորազերծման համար: Ախտահանման տևողությունը մինչև 10 րոպե: Բարձր մակարդակի ախտահանման տևողությունը 10րոպե: Մանրէազերծման և սպորազերծման տևողությունը 60րոպե: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Ունենա որակի սերտիֆիկատ և ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Ունենա Օլիմպուս, Շտորց, Պենտաքս, Ֆուջի կամ այլ համաշխարհային ճանաչում ունեցող բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերություններից երաշխավորություն համատեղելիության մասին:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРЧЧ-БЦДЦЩР-26/78 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3			STERANIOS 2% NG, ECS		Ингредиенты - Глутамил 2%, антикоррозионной добавки, стабилизирующие вещества и другие вспомогательные компоненты. Пакетов -5 литров воды контейнер: Рабочий раствор многократного использования: Раствор можно использовать мсб по необходимости объема. Высокий уровень моющего средства (СКА) и дезинфицирующими материала годности часть 3 лет. Есть тест оле водный раствор пригодности для контроля: Дезинфицирующее материала, рн 5,5-6,5: Рабочий

					раствор предназначен для медицинских инструментов, предметов, эндоскопов для дезинфекции высокого уровня дезинфекции, стерилизации и спреем для: Дезинфекции продолжительность до 10 минут. Высокий уровень дезинфекции продолжительность ос: Мебель и спорим продолжительность ос: Степень опасности - 3-й, 4-й класс. Имеет сертификат качества и МИНЗДРАВ-а использования методическая инструкция: Есть Олимпус, шторц международный, Пентакс, Фуджи или другие всемирно известные медицинского оборудования производства компаний-гарантии о совместимости:
--	--	--	--	--	--