

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Ս" ՍՊԸ-ն ԳՍԳՆՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Ճեղքային լամպ	Ճեղքային լամպ	Ճեղքային լամպ	Ճեղքային լամպ	Գալիլեյան տիպի ճեղքային միկրոսկոպ (լամպ) - Ամբողջովին (ճեղքային լամպը և ծնոտի հենակը) հավաքված մետաղական տակդիրի վրա, ֆոտո և վիդեո նկարահանման հնարավորությամբ, իր սեղանիկով և տեսախցիկի համար նախատեսված համակարգչով Լուսավորման տեսակ ` վերին լուսավորմամբ կամ համարժեք խոշորացումներ Առնվազն` 5x, 10x, 16x, 25x, 50x Օբյեկտիվ լինզայի կոնվերգենցիայի անկյուն Առնվազն` 13.2° աստիճան Օկուլյարների խոշորացում Առնվազն` 12.5x Միջբբային

					տարածություն կարգավորման դիապազոն Առնվազն՝ 55մմ- 80մմ Օկուլյարների շտկման դիապազոն Առնվազն՝ -8D-ից +8D Ճեղքային լամպի աշխատանքային հեռավորություն Առնվազն՝ 100.5 մմ Ճեղքային լամպի առավելագույն հասանելիություն Առնվազն՝ 314 մմ Ճեղքային լամպի լուսավորման տեսակը Սպիտակ, LED տեսակի Ճեղքային լամպի լուսավորման հզորություն Առնվազն՝ 5Վտ սպիտակ LED Լուսային ճեղքի ուղղահայաց անկյան կարգավորումներ Առնվազն՝ 0°, 5°,10°,15°,20° Լուսային ճեղքի հաստության կարգավորման դիապազոն Առնվազն՝ 0-16մմ, շարունակական Լուսային ճեղքի ապերտուրաներ(ø) Առնվազն՝ 0.2 մմ , 1 մմ, 2 մմ, 5 մմ, 10 մմ, 14 մմ, 16 մմ Լուսային ճեղքի պտույտ Առնվազն՝ 90° աջ և ձախ Ճեղքի թեքման տեղաշարժ Առնվազն՝ թիրախային մակերեսից ± 8 մմ Ֆիլտրերը Առնվազն՝ լրիվ թափանցիկ, 12.5%ND, կանաչ, կապույտ Օպտիկական համակարգի պտույտ Առնվազն՝ 90° աջ և ձախ Որակի
--	--	--	--	--	---

					հավաստագրեր Առնվազն՝ DECLARATION OF CONFORMITY for (EU)2017/745 Medical Device Regulation, CB TEST CERTIFICATE, ISO 13485 Երաշխիքային սպասարկում Առնվազն՝ 1 տարի
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՍԳՆՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	Ճեղքային լամպ	Ճեղքային լամպ	Ճեղքային լամպ	Ճեղքային լամպ	Գալիլեյան տիպի ճեղքային միկրոսկոպ (լամպ) - Ամբողջովին (ճեղքային լամպը և ծնոտի հենակը) հավաքված մետաղական տակդիրի վրա, ֆոտո և վիդեո նկարահանման հնարավորությամբ, իր սեղանիկով և տեսախցիկի համար նախատեսված համակարգչով Լուսավորման տեսակ ` վերին լուսավորմամբ կամ համարժեք խոշորացումներ Առնվազն` 5x, 10x, 16x, 25x, 50x Օբյեկտիվ լինզայի կոնվերգենցիայի անկյուն Առնվազն` 13.2° աստիճան Օկուլյարների խոշորացում Առնվազն` 12.5x Միջբբային

					տարածություն կարգավորման դիապազոն Առնվազն՝ 55մմ- 80մմ Օկուլյարների շտկման դիապազոն Առնվազն՝ -8D-ից +8D Ճեղքային լամպի աշխատանքային հեռավորություն Առնվազն՝ 100.5 մմ Ճեղքային լամպի առավելագույն հասանելիություն Առնվազն՝ 314 մմ Ճեղքային լամպի լուսավորման տեսակը Սպիտակ, LED տեսակի Ճեղքային լամպի լուսավորման հզորություն Առնվազն՝ 5Վտ սպիտակ LED Լուսային ճեղքի ուղղահայաց անկյան կարգավորումներ Առնվազն՝ 0°, 5°,10°,15°,20° Լուսային ճեղքի հաստության կարգավորման դիապազոն Առնվազն՝ 0-16մմ, շարունակական Լուսային ճեղքի ապերտուրաներ(ø) Առնվազն՝ 0.2 մմ , 1 մմ, 2 մմ, 5 մմ, 10 մմ, 14 մմ, 16 մմ Լուսային ճեղքի պտույտ Առնվազն՝ 90° աջ և ձախ Ճեղքի թեքման տեղաշարժ Առնվազն՝ թիրախային մակերեսից ± 8 մմ Ֆիլտրերը Առնվազն՝ լրիվ թափանցիկ, 12.5%ND, կանաչ, կապույտ Օպտիկական համակարգի պտույտ Առնվազն՝ 90° աջ և ձախ Որակի
--	--	--	--	--	---

					հավաստագրեր Առնվազն՝ DECLARATION OF CONFORMITY for (EU)2017/745 Medical Device Regulation, CB TEST CERTIFICATE, ISO 13485 Երաշխիքային սպասարկում Առնվազն՝ 1 տարի
--	--	--	--	--	---