

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՍ ՊԻ ԷՍ ԳՐՈՒՊ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/59 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
29	Medilog AR կամ Walk400h կամ Clickholter կամ Contec կամ	SCHILLER AG կամ CONTEC Medical Systems կամ CARDIOLINE	Համակարգը բաղկացած է՝ Թվային գրանցիչ - 1 հատ Ծրագրային ապահովում - 1 հատ Գրանցիչ՝ ԷՍԳ ազդանշանի գրանցում, ոչ պակաս, քան՝ 3-ուղի Պետք է լինի թեթև, կոմպակտ դիզայնով՝ հիվանդի հարմարավետության համար Գունավոր Էկրանի առկայություն Բարձրորակ ԷՍԳ վերլուծության համար հարմար նմուշառման հաճախականություն Ներքին հիշողություն՝ USB / SD տվյալների փոխանցմամբ Պետք է աշխատի ստանդարտ մարտկոցներով IEC համապատասխան, բժշկական կարգի սարք Նախատեսված է ամբուլատոր ԷՍԳ մոնիթորինգի և առիթմիայի հայտնաբերման համար A/D լուծաչափ (resolution)՝ 24 բիթ՝ ազդանշանի ընդունման ժամանակ, և 12 բիթ՝ կրիչի վրա (media) գրանցման ժամանակ: Աշխատանքային ժամանակը ոչ պակաս, քան՝ 48 ժամ Լարի անջատման հայտնաբերում Սրտի խթանիչի (Պեյսմեյկերի) պոլսի հայտնաբերում՝ 0.1-ից մինչև 2 մվ՝ 2 ից մինչև 700 մվ լարման դեպքում Ազդանշանի դինամիկ տիրույթ, ոչ պակաս, քան՝ ± 5 մՎ Մուտքային առավելագույն հոսանք DC՝ $\pm$ 800 մՎ Լուծաչափ (resolution) ոչ պակաս, քան՝ 12 բիթ (2.44 μ V / LSB) ԷՍԳ

		նմուշառման հաճախականությունն ոչ պակաս, քան՝ 250 Մուտքային իմպեդանս ոչ պակաս, քան՝ 10 ՄՕՄ CMMR՝ ոչ պակաս, քան 90 դԲ Հաճախականության միջակայք (-3դԲ) ոչ պակաս, քան՝ 0.05 – 65 Հց Հիշողություն ոչ պակաս, քան՝ 512 ՄԲ Մարտկոց՝ 1 x AA չափի ալկալային կամ NIMH Քաշը առանց մարտկոցի ոչ ավել, քան՝ 110 գրամ Անվտանգության ստանդարտներ՝ IEC 60601-1; IEC 60601-2-47; IEC 60601-1-11 Ծրագրային ապահովում՝ Չգայունություն ոչ պակաս, քան՝ 5, 10, 20, 40 մմ / մՎ Հորիզոնական սանդղակ/ մասշտաբ՝ 12.5, 25, 50, 100 մմ / վրկ Ցածր հաճախականության գտիչի առկայություն Հիմնական գծի գտիչի առկայություն Ցանցի աղմուկի գտիչ՝ 50 / 60 Հց Հոլտեր ԷՍԳ վերլուծության ծրագիր • ԷՍԳ-ի ամբողջական 24/48-ժամյա վերլուծություն • Առիթմիայի ավտոմատ և մանուալ հայտնաբերում • Նախասրտերի ֆիբրիլյացիայի (Atrial Fibrillation) հայտնաբերում • ST-սեգմենտի շեղման վերլուծություն • Սրտի հաճախության փոփոխականության (HRV) վերլուծություն • QT և QT փոփոխական թյան վերլուծություն • Պեյսմեյկերի հայտնաբերում • ԷՍԳ տեղեկատվության լիարժեք դիտարկում • Համապարփակ հաշվետվությունների և արտահանման տարբերակներ Որակի վկայականների առկայություն՝ CE կամ համարժեք, ISO 13485, նոր, չօգտագործված, չվերաթողարկված, գործարանային փաթեթավորմամբ, 2026 թվականի արտադրված: Երաշխիք՝ 12 ամիս:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

S P S GROUP в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQPC-ECXU7QF-26/59 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
29			