ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/54 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Coagulation Analyzer CX 3000	Coagulation Analyzer CX 3000	CX 3000	Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd.	Չափման մեթոդը օպտիկական: Վերլուծիչը կատարում է հետևյալ հետազոտությունները՝ PT, APTT, FIB, TT, D-Dimer, FDP, AT III:Արտադրողականությունը 320 թեստ ժամում, իսկ միաժամանակ PT, APTT, FIB, TT հետազոտությունները կատարելու դեպքում 80 թեստ ժամում: Նմուշների միաժամանակյա բեռնում՝ 30 նմուշ:Վերլուծիչը ունի ներկառուցված շտրիխ կոդ կարդացող սարք իրական ժամանակում սկանավորման համար: Վերլուծիչը կատարում է

						նմուշների որակի ստուգում՝ HIL ստուգում և մակարդուկի ավտոմատ հայտնաբերում: Ազդանյութերը(ռեագենտները) պատրաստի քարթրիջներով առանց շշիկների՝ 200 թեստ պարունակությամբ: Վերլուծիչը ունի 28 սառեցվող դիրք ազդանյութերի համար: Վերլուծիչը ունի ռեագենտների լիովին փակ տեղակայման հատված, որը օգտագործման ընթացքում կանխում է ռեագենտների անմիջական շփումը օդի հետ և նվազեցնում գոլորշիացումը: Ռեագենտները ունի հնարավորություն վերլուծիչի կողմից ընթերցման RFID համակարգով, հետագայում ռեագենտի նկատմամբ վերահսկողություն կատարելու համար:Ազդանյութերի ստաբիլություն 45 օր: Չափման ասեղը ունի եռաչափ պաշտպանություն հնարավորություն բախումներից: Չափման ասեղը հայտնաբերում է ազդանյութերի մակարդակները: Վերլուծիչը ունի ավտոմատ կրկնակի հետազոտության

						հնարավարություն: Բեռնվող կյուվետների քանակը միաժամանակ 74 հատ, ինչպես նաև աշխատանքի ընթացում անդադար ավելացնելու հնարավորություն: Կյուվետների տեսակը՝ մեկանգամյա օգտագործման: Սարքը նախապես սահմանված ժամերին ավտոմատ իրականացնում է գործարկման գործընթացն ու ինքնաստուգումը՝ խնայելով ժամանակ և հնարավորություն տալով սարքին նախապես անցնել սպասման ռեժիմի:Սարքը ունի եռագույն ցուցիչներ սարքի աշխատանքը վերահսկելու համար: Ալիքների քանակը առնվազն 3 հատ, երկարությունը ՝ 405 նմ, 545 նմ, 660 նմ: Տվյալների պահպանում 20,000 հետազոտության : Որակի վերհսկման համակարգ L-J և Westgard որակի վերահսկման (QC) գործառույթներին: Սարքը նոր է, չօգտագործված: Սարքի տեղադրումը, ուսուցումը և առաջացած խնդիրների շտկումը կատարելու են արտադրողի կողմից վերջին մեկ տարում վերապատրաստում անցած և

					սերտիֆիկացված մասնագետները: Սարքի համար տրվում է 1 տարվա երաշխիք, ինչպես նաև մատակարարը կատարում է 2027 թվականի հետերաշխիքային սպասարկումը: Սարքը արտադրված է 2026 թվականի II-րդ կեսում: Սարքի մատակարարումը պետք է իրականացվի պայմանագիրը կնքելուց 20 օրվա ընթացքում: ISO որակի սերտիֆիկատների առկայություն: Ավտոմատ վերլուծիչի ազդանյութերը ունեն ԵԱՏՄ երկրներից որևէ մեկում բժշկական արտադրատեսակի գրանցման վկայական:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԲՉ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					