

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀԲԿ - ԷԱՃԱՊՁԲ - 26/0108 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	դեֆիբրիլյատոր	դեֆիբրիլյատոր	դեֆիբրիլյատոր	դեֆիբրիլյատոր	Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով Գործառնական ռեժիմները՝ ոչ պակաս քան ձեռքով, AED, Pacer, 3/5-lead FCG, RESP Էներգետիկ քայլեր՝ ոչ պակաս քան 1-ից 360 Ջոուլ, լիցքավորման ժամանակ / մարտկոցից սնուցման դեպքում/ 200 Ջոուլ /J / 3 վայրկյանից պակաս `նոր և ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցի դեպքում: 360 Ջոուլ/ J / 7 վայրկյանից պակաս `նոր և ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցի դեպքում: Լիցքավորման ժամանակ / Էլեկտրացանցից սնուցման դեպքում/ 200 Ջոուլ /J / 4

					վայրկյանից պակաս 360 Ձոռվ / J / 8 վայրկյանից պակաս Պետք է ունենա ԷՍԳ մոնիտորինգ ԷՍԳ մոնիտոր՝ 3/5 Leads Արտածծումներ՝ ոչ պակաս քան I, II, III aVR, aVL, aVF, V Էկրանի չափը՝ ոչ պակաս քան „7,, Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 800x 480 պիքսել Ներկառուցված տպիչի առկայություն, թողունակությունը՝ 8 բիթ, 3 ալիքային ձևաչափ, Էլեկտրասնուցումը՝ 220-240 վոլտ, 50/60 Հց, վերալիցքավորվող 14,8 վոլտ Li-Ion մարտկոց Քաշը՝ ոչ ավել քան 6 կգ, Լրակազմ և պարագաներ, Տեղադրում և մեկնարկ, Աշխատակազմի ուսուցում տեղում, Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն, կամ ռուսենշրեն կամ անգլերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք նահրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO 13485 կամ համարժեք 2. 93/42/ EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր
--	--	--	--	--	--

					անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation / EU/ 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ 30 նոյեմբեր 2026թ
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՅՈՒՆԻՍԵՂ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԲԿ - ԷԱՃԱՊՁԲ - 26/0108 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	դեֆիբրիլյատոր	դեֆիբրիլյատոր	դեֆիբրիլյատոր	դեֆիբրիլյատոր	Дефибриллятор с монитором Режимы работы: не менее ручного, АВД, кардиостимулятор, 3/5-канальная ЭКГ, РЕСПР Шаги энергии: не менее 1 до 360 Джоулей, во время зарядки / при питании от батареи / 200 Джоулей/Дж / менее 3 секунд для новой и полностью заряженной батареи. 360 Джоулей/Дж / менее 7 секунд для новой и полностью заряженной батареи. Время зарядки / при питании от сети/ 200 Джоулей /Дж / менее 4 секунд 360 Джоулей /Дж / менее 8 секунд

						Необходимо наличие ЭКГ-мониторинга ЭКГ-монитор: 3/5 отведений Выходы: не менее I, II, III aVR, aVL, aVF, V Размер экрана: не менее 7 дюймов Разрешение: не менее 800 x 480 пикселей Наличие встроенного принтера, пропускная способность: 8 бит, 3-канальный формат, питание: 220-240 вольт, 50/60 Гц, перезаряжаемая литий-ионная батарея 14,8 вольт Вес: не более 6 кг, Компоненты и аксессуары, Установка и запуск, обучение персонала на месте, Руководство пользователя на армянском, русском или английском языке Оборудование должно быть новым, неиспользованным Полный комплект должен Включает все необходимые дополнительные устройства и аксессуары, необходимые для полноценной работы. Гарантия не менее 12 месяцев. Сертификаты качества: 1. ISO 13485 или эквивалентный. 2. Сертификат CE, подтверждающий прохождение всех необходимых испытаний в соответствии с
--	--	--	--	--	--	--

					Директивой 93/42/ЕЕС или эквивалентный. Сертификат Регламента MDR / EC/2017/745 или сертификат FDA, подтверждающий прохождение всех необходимых испытаний, или эквивалентный. ДАТА ПОСТАВКИ: 30 ноября 2026 г.
--	--	--	--	--	--