

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիրուն ՍՊԸ-ն ՇՄՄԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Shenzhen SONTU Medical Imaging Equipment Co., Ltd.	SONTU	SONTU100-POR-I	Shenzhen SONTU Medical Imaging Equipment Co., Ltd.	1. Ռենտգեն գեներատոր և ռենտգեն խողովակ • Սարքի տեսակ - Շարժական թվային ռենտգեն համակարգ՝ թվային հարթ պանելային դետեկտորով, աշխատանքային կայանով և պատկերների մշակման ծրագրային ապահովմամբ • Գեներատորի ելքային հզորություն - 8 կՎտ $\pm 10\%$ • Սնուցման պայմաններ - Միաֆազ AC 220Վ / 110Վ, 50/60Հց • Ինվերտորի հաճախականություն - 100 կՀց $\pm 10\%$ • Խողովակի լարման միջակայք - 40-120 կՎ • Խողովակի հոսանքի միջակայք - 3.2-125 մԱ

$\pm 10\%$ • mAs միջակայք - 0.1-250
 mAs • Ճառագայթման ժամանակ -
 1-10000 մվ • Էքսպոզիցիայի
 տեխնիկա - kV-mAs և kV-mA-ms
 ռեժիմների ընտրության
 հնարավորություն • Ռենտգեն
 խողովակ - Ստացիոնար անոդային
 ռենտգեն խողովակ, ֆոկուսային
 բիծ՝ 2.0 մմ $\pm 10\%$ • Թիրախի
 անկյուն - $15^\circ \pm 10\%$ • Ռենտգեն
 խողովակի ներքին ֆիլտրացիա -
 0.65 մմ Al $\pm 10\%$ • Սարքի
 ընդհանուր ներքին ֆիլտրացիա -
 1.85 մմ Al $\pm 10\%$ • Անոդի ջերմային
 ունակություն - 30 կՋ (42 KHU)
 $\pm 10\%$ • Նոմինալ ելքային
 հզորություն - 8 կՎտ (100 կՎ, 80 մԱ,
 0.1 վ) $\pm 10\%$ • Անմիջական (պիկ)
 հզորություն - 3 կՎԱ $\pm 10\%$ •
 Սպասման ռեժիմի հզորություն - 1
 կՎԱ $\pm 10\%$ • Էկրան - 8 դյույմ
 սենսորային $\pm 10\%$ • Էքսպոզիցիայի
 կառավարում - kV-mAs և kV-mA-ms
 ռեժիմների ընտրության
 հնարավորություն Կոլիմատոր
 (ճառագայթի դաշտի
 սահմանափակիչ) • Չափսեր
 (Ե×Լ×Բ) - 234.5 × 212 × 109.4 մմ
 $\pm 5\%$ • Քաշ - 3.3 կգ ± 0.4 կգ •

					Լուսային դաշտի լամպ - LED, 10 Վտ • Լուսավորման ժամանակաչափ - 30 ± 3 վրկ • Լույսի միացման/անջատման ֆունկցիա - Առկա է • Ներքին ֆիլտրացիա - 1.2 մմ Al @75 կՎ • Ճառագայթման դաշտ - 0 սմ $\times$ 0 սմ - 45 սմ $\times$ 45 սմ $\pm 5\%$ (SID=100 սմ) դեպքում • Նվազագույն լուսավորություն - 100 Lux $\pm 5\%$ • Արտահոսքային ճառագայթում - <0.5 mGy/h (100 կՎ, 10 mAs) • Թվային հարթ պանելային դետեկտոր • Տեխնոլոգիա - Թվային հարթ պանելային դետեկտոր, CsI սցինտիլյատորով և a-Si (ամորֆ սիլիկոն) TFT սենսորով • Ակտիվ տարածք - առնվազն 350$\times$427 մմ $\pm 2\%$ • Ակտիվ պիքսելների մատրիցա - առնվազն 2496$\times$3040 պիքսել • Պիքսելի չափ - Առավելագույնը 140 մկմ • Տարածական լուծաչափ - Առնվազն 3.4 lp/mm • Պատկերման ժամանակ - Առավելագույնը 5 վ • Նախադիտման ժամանակ - Առավելագույնը 3 վ • Դետեկտորի չափեր - Առնվազն 462$\times$384$\times$16 մմ • Քաշ - $\leq$ Առավելագույնը 3.6կգ$\pm$ • Ռենտգեն ընդունող մակերես - Սև,
--	--	--	--	--	--

					բարձր որակի ածխածնային մանրաթել • Հետին վահանակ – Ածխածնային մանրաթել / ալյումինե համաձուլվածք • Միջանկյալ շրջանակ – Ալյումինե համաձուլվածք • Դինամիկ միջակայք – 16 բիտ, >66 դԲ • MTF – 1.0 lp/mm, >63% (Csl) • DQE (0 lp/mm) – >62% (Csl) • DQE (0.5 lp/mm) – >50% (Csl) • Տվյալների փոխանցում – Gigabit Ethernet / Wi-Fi 5G • Մարտկոց – 150×160×7.6 մմ ±2%, առնվազն 4600 mAh • Լիցքավորման ժամանակ – 3 ժամ • Սպասման ժամանակ – 8 ժամ • Մուտքային հոսանք – 100-240 VAC • Աշխատանքային ջերմաստիճան – 10-40°C • Աշխատանքային խոնավություն – 30-75% • Պահեստավորման ջերմաստիճան – -20-ից +55°C • Պահեստավորման խոնավություն – 30-93% RH Աշխատանքային կայան • CPU – Առնվազն Intel Core i5 կամ համարժեք արտադրողականության պրոցեսոր • Օպերատիվ հիշողություն – Առնվազն 16ԳԲ • Կոշտ կրիչ – Առնվազն 512ԳԲ • Օպերացիոն համակարգ –
--	--	--	--	--	--

					Առաջադեմ գործառույթներ - Վիրտուալ dual-energy subtraction, image stitching և AI գործառույթներ • Լրացուցիչ ընտրանքներ - BMD գործառույթներ (օպցիոնալ) Սայլակ • Կառուցվածք - Շարժական կանգնակ՝ ռենտգեն ճառագայթիչի և անհրաժեշտ պարագաների տեղադրման համար • Կախիչ թևի առավելագույն բարձրություն - 1900 մմ $\pm 5\%$ Սպասարկում • Երաշխիք - Առնվազն 24 ամիս • Ձեռնարկներ - Անգլերեն, ռուսերեն կամ հայերեն Միջազգային հավաստագրեր • ISO 13485 և ISO 9001 նոր, չօգտագործված
--	--	--	--	--	---