

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նատալի ֆարմ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                                            |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը                        | մակնիշը   | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                  | Բի Բրաուն             | Հեմոդիալիզի<br>սարքավորում<br>DIALOG INCL. | Բի Բրաուն | Բի Բրաուն              | Դիալիզատի ճնշման տիրույթները-<br>+400մմ.սնդ.ս-ից մինչև-450մմ.սնդ.ս:<br>Չափման թույլատրելի սխալը - ±<br>10մմ.սնդ.ս: Ձայնային ազդանշանի<br>ապասկտիվացում- Այո,<br>ազդանշանի ապասկտիվացման<br>կոճակով: Արյան արտահոսքի<br>ցուցիչ- Կարմիր գույնի հանդեպ<br>զգայուն: Չափման թույլատրելի<br>սխալը- 10% : Ահագանգի<br>սահմանները-»0,35մ/ր, արյունHC T<br>25% (AAMI) : Ձայնային ազդանշանի<br>ապասկտիվացում- Այո ազդանշանի<br>պասկտիվացման կոճակով:<br>Ուլտրաֆիլտրացիա- Ճավալը |

ղեկավարվում է բալանսավորման  
 խցիկի կողմից ուղտրաֆիլտրացիոն  
 պոմպի միջոցով: 2.Միային  
 ուղտրաֆիլտրացիա(Bergstrom):  
 Աշխատանքային սահմանները -  
 $0-3,000 \text{ մլ/ժ}$  Ճշտությունը- $\pm$   
 $0,2 \text{ մլ/խցիկի ցիկլ}$ : Պաշտպանական  
 համակարգ- Առաջադրվածից 200 մլ  
 ավելի կամ առաջադրված  
 հաճախ.-ից 10% -ով գերազանցելու  
 դեպքում: Ձայնային ազդանշանի  
 ապաակտիվացում- Այո,  
 ազդանշանի ապաակտիվացման  
 կոճակով: Ջերմաստիճանի  
 կարգավորման տիրույթները- $33-40$   
 $^{\circ}\text{C}$ : Դիալիզատորում ջերմաստիճանի  
 թույլատրելի շեղումները-  $+ 0,5$   
 $^{\circ}\text{C}$ ից- $1,5^{\circ}\text{C}$  : Սահմանները-  $\pm 1^{\circ}\text{C}$   
 (առաջադրված արժեքի  
 նկատմամբ): Մաքսիմալ  
 ջերմաստ.պաշտպանություն-  $41^{\circ}\text{C}$  :  
 Պաշտպանական համակարգ-  
 Ջերմաստիճանային տվիչ Ձայնային  
 ազդանշանի ապաակտիվացում- Այո  
 ազդանշանի ապաակտիվացման  
 կոճակով: Հաղորդականություն-  
 Ղեկավարվող Հաղորդականություն:  
 Աշխատանքային սահմանները-  
 Բիկարբոնատի Հաղ.2-4մՍ/սմ,

4-7մՍ/սմ : Ընդհիսանուր  
 Հաղ.12,5-16,0մՍ/սմ: Թույլատրելի  
 շեղումները-  $\pm 0,2$  մՍ/ մ Չափումը-  
 Ջերմաստիճանից կախված  
 (հիմնականում 25 °C ) :  
 Պաշտպանական համակարգ-  
 Հետևվում է երկրորդ  
 Հաղորդականություն տվիչի կողմից,  
 այլ ալգորիթմի միջոցով  
 Սահմանները-  $\pm 4\%$  ( առաջադրված  
 արժեքի նկատմամբ): Ձայնային  
 ազդանշանի ապաակտիվացում-  
 Այո, ազդանշանի  
 ապաակտիվացման կոճակով:  
 Դիալիզատի Հոսք (DF)- 300-800մլ/ր  
 DF Թույլատրելի շեղումները- $\pm 5\%$ ,  
 300-800մլ/ր դեպքում :  
 Տրանսմեմբրանային ճնշում(TMP)  
 Սահմանները (մաքս.TMP)- 300-700  
 մմ.սնդ ս: Ահազանգի բացարձակ  
 սահմանները- 100մմ սնս.ս.  
 Սահմանների պատուհան-  
 կարգավորելի(2%-99%):  
 Թույլատրելի շեղումները- Հաշվվում  
 է PDA և PV միջոցով: Ապարատի  
 դեգազացիա- Դեգազացիոն պոմպի  
 ստեղծած բացասական ճնշման  
 միջոցով: Թույլատրելի շեղումները-  
 $\pm 50$  մմ սնդ.ս Արյան Պոմպ-2

լիսեռանի պոմպ, ավտոմատ  
կանգնման համակարգով. 1. Երբ  
դուռը բացվում է , 2. Փոքր հեմոլիզ.  
8/12 մմ կամ 7/10 մմ ռետինե  
խողովակի համար: Պոմպի  
հաճախությունը -  
50-600մլ/ր(8/12մմ)  
50-400մլ/ր(7/10մմ) կարգավորելի  
է10մլ քայլով: Աշխատանքային  
ճնշման սահմանները - Մտնող  
ճնշումը մինչև -390 մմ սնդ.ս Ելնող  
ճնշումը 0-1725մմ.սնդ.ս Հեպարինի  
պոմպ- Ներարկիչի պոմպ10-30մլ  
ներարկիչների համար: Պոմպի  
հաճախությունը- 0,1-10մլ/ժ կամ  
0,1մլ/ժ, կարող է անջատվել, բոլորս:  
600մլ/ժ Թույլատրելի շեղումները- «  
±10% Ճնշման սահմանները- 0 to  
+480mmHg Օդի Դետեկտոր SAD-  
SAD Հիմնված է ուլտրաձայնի վրա  
Չգայնությունը - Օդի փուչիկներ  
սկսած »50μլ, Սահմանները  
Երկասեղանիռեժիմի համար: 0.2մլ  
սկսած 0-200մլ/ր SAD-ի հոսք 0.3մլ  
սկսած 200-400մլ/ր SAD հոսք 0.5մլ  
սկսած » 400մլ/ր SAD հոսք  
Սահմանները մեկասեղանի ռեժիմի  
համար: 0.7 մլ սկսած 1200մլ/ր  
հաստատուն SAD Հոսք

|                                                                                                                                                                                                                                       |                           |               |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       |                           |               |                    |                               | <p>Պաշտպանական համակարգ-<br/>Ուլտրաձայնային դետեկտոր,<br/>ավտոմատ ցիկլիկ ստուգումներ<br/>թերապիայի ընթացքում: Արյան<br/>Տվիչ- SAD Տվիչի բնիկում է<br/>տեղադրված Ֆունկցիա-<br/>խողովակային համակարգում արյան<br/>հայտնաբերում: Սարքը պետք է լինի<br/>լող, չօգտագործված, ոչ վաղ քան<br/>2026 թ արտադրության, ներառի<br/>լիարժեք աշխատանքի համար<br/>տեխնիկական բոլոր պարագաները,<br/>երաշխիքը առնվազն 12 ամիս:</p> |
| <p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p><b>предлагаемого товара</b></p> <p>ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUQPC-EU չՆԱԳ-26/43 ниже представляет<br/>полное описание предлагаемого им товара.</p> |                           |               |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Номер лота                                                                                                                                                                                                                            |                           |               | Предлагаемый товар |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка              | наименование<br>производителя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                     |                           |               |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                           |               |                    |                               | <p>Մատակարարը պետք է ապահովի<br/>սարքի տեղափոխումը,<br/>տեղադրումը, փորձարկումը,<br/>մասնագետների ուսուցումը գնորդի<br/>կողմից նշված հասցեում:</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |