

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/203 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Niko	Niko	Քարշիչ պահարան օրգանական սինթեզի համար՝ ներառյալ իր օդափոխության համակարգի մոնտաժը մինչև տանիք: Տեսակը՝ եվրո ստանդարտ քարշիչ պահարան: Գույնը՝ Սպիտակ: Արտաքին չափսերն են՝ 150x90x240սմ $\pm$ 5 սմ (LxԽxԲ): Կողային պատերի հաստությունը՝ 5 սմ $\pm$ 0.5 սմ: Աշխատանքային սեղան՝ 140x70 $\pm$ 2 սմ (LxԽ): Պահարանի մարմինը պետք է պատրաստված լինի ոչ պակաս քան 1 մմ հաստությամբ պողպատից՝ քիմիակայուն էպօքսիդային փոշեներկով ծածկով: Աշխատանքային սեղան՝ ամբողջական առանց կարի կերամիկական ջնարակապատ սալիկ SRW: Աշխատանքային մակերեսը պետք է համապատասխանի նշված ստանդարտներին՝ GB/T 19001-2016 կամ ISO 9001:2015. Աշխատանքային մակերեսի դիմացկունությունը պետք է նախապես ստուգված լինի SEFA 3-2010 թեսթով ըստ 2.1 կետի, ստանալով միայն մեկ «1» գնահատական 48% հիդրոֆտորաթթվի դեպքում , մնացած թեսթով նախատեսված նյութերի դեպքում գնահատականը պետք է լինի «0» A և B մեթոդների դեպքում: Աշխատանքային բոքս՝ աշխատանքային

տարածքի խորությունը – 70(±2) սմ: Սեղանը պետք է ունենա ընդհանրապես առանց կարերի առջևի հակաթափման եզր: Հակակշիռ մեխանիզմը պետք է տեղակայված լինի քարշիչ պահարանի ետնամասում: Փեղկերի պաշտպանիչ պանելները պետք է լինեն 5(±0.5) մմ հաստությամբ հարվածակայուն ապակի, ցանկացած բարձրության վրա ամրանալու և 0-ից 700(±5) մմ բարձրանալու հնարավորությամբ: Օդաքարշ համակարգի երկու մակարդակները պետք է ապահովեն հավասարաչափ հոսք ամբողջ պահարանի ներսում: Պահարանի աշխատանքային խցիկից օդի հեռացումը պետք է իրականացվի քարշիչ խողովակով՝ ոչ պակաս քան 200 մմ տրամագծով : Կառավարումը՝ թվային կարգավորիչով (անգլերեն), որը թույլ է տալիս սենսորային կոճակներով անջատել/միացնել լույսը, կառավարել օդի հոսքի արագությունը, միացնել/անջատել վարդակների հոսանքը և այլն: Վարդակների տեսակը՝ եվրո ստանդարտ հողանցմամբ, քանակը՝ 4 հատ: պետք է Տեղադրված լինի LED լուսավորման համակարգ: Քարշիչ պահարանը պետք է ունենա ջրամատակարարում /ծորակ/ հետևի պատի վրա ամրացված, որն պետք է ունենա երկու ելք՝ սառնարանի միացման համար նախատեսված ելքով և ներկառուցված ջրաշիթային պոմպով: Ջրի հոսքի արագությունը պետք է կարգավորվի քարշիչ պահարանի դիմացի հատվածից: Կերամիկական սեղանի վրա ծորակի անմիջապես ներքևում անցք քիմիապես պոլիպրոպիլենային լվացարանով՝ 25*40սմ չափսերով: Քարշիչ պահարանը պետք է հագեցած լինի գազամատակարարման կետով, որն պետք է ունենա կարգավորվող փական քարշիչի դիմացի հատվածում: Հավաքածույով նախատեսված բոլոր մասերի տեղակայումը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Քարշիչ պահարանի ներքևի մասում պետք է լինի երկու պահարան, յուրաքանչյուրը երկու դռնով և 2 հարկանի, որոնք պետք է միացված լինեն օդաքարշ համակարգին: Պահարանի դուռը պետք է լինի երկշերտ՝ ներկառուցված ձայնամեկուսիչ շերտով: Փաթեթը պետք է ներառի քարշիչ պահարանի տեղափոխություն մինչև լաբորատորիա (3 հարկ) և տեղադրում: Տեղադրումն իր մեջ ներառում է՝

		ջրագծերի, կոյուղու մոնտաժում և միացում քարշիչ պահարանին, հոսանքի լարերի մոնտաժ և միացում պահարանին, օդաքարշի հոսանքի միացում քարշիչ պահարանի կառավարման վահանակին, օդաքարշ համակարգի խողովակաշարի մոնտաժում 3 հարկի լաբորատորիայում տեղադրված քարշիչ պահարանից միջպատային հատվածով /շախտ/ մինչև շենքի տանիք և միացում օդաքարշ համակարգի շարժիչին: Շախտաների մեջ աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում քանդման աշխատանքները իրականացվում են պատվիրատուի համաձայնությամբ, բացվածքի վրա պետք է տեղադրվի եվրո դուռ 150*80 սմ չափսով: Խողովակաշարի բնութագրեր՝ ոչ պակաս քան 315 մմ տրամագծով, սպիրալաձև ամրացնող կողերով, պատրաստված ոչ պակաս քան 1 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից: Խողովակաշարը պետք է ներառի 2 հատ 1 մետր երկարությամբ խլացուցիչ՝ արտանետող օդափոխիչի և պահարանի մոտ տեղադրված: Քարշիչ պահարանը պետք է հանձնվի աշխատանքային վիճակում՝ ջուր, հոսանք, օդաքարշ միացված և աշխատանքային վիճակում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածությունից, մոնտաժման աշխատանքների բարդություններից անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ և ցուցաբերել անհատական մոտեցում: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ: Ստանդարտներին համապատասխանությունը հաստատող փաստաթղթերը ներկայացնել կա՛մ հնարավորության դեպքում հայտին կից, կա՛մ ապրանքի մատակարարման փուլում Քարշիչ պահարանների առաքումը, տեղադրումը և ստուգումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից: 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Նիկո Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/203 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Niko	Niko	Вытяжной шкаф для органического синтеза, включая монтаж системы вентиляции до крыши.. Цвет — белый. Внешние размеры: 150×90×240 см ±5 см (Д×Ш×В). Толщина боковых стенок: 5 см ±0,5 см. Рабочий стол: 140×70 ±2 см (Д×Ш). Корпус шкафа изготовлен из стали толщиной не менее 1 мм, покрытой химически стойким эпоксидным порошковым покрытием. Рабочий стол — цельная керамическая глазурованная плита SRW без швов. Рабочая поверхность должна соответствовать стандартам GB/T 19001-2016 или ISO 9001:2015. Стойкость рабочей поверхности должна быть предварительно протестирована по SEFA 3-2010, согласно пункту 2.1, получив только одну оценку “1” при воздействии 48% плавиковой кислоты, и оценку “0” для всех остальных материалов, предусмотренных тестом, по методам А и В. Документы, подтверждающие соответствие стандартам, должны быть приложены к заявке. Рабочий бокс: глубина рабочей зоны — 70 (±2) см. Стол имеет сплошной передний противопроливной бортик без швов. Противовесный

механизм расположен в задней части вытяжного шкафа. Защитные панели створок — ударопрочное стекло толщиной 5 ($\pm 0,5$) мм, с возможностью фиксации на любой высоте и подъемом от 0 до 700 (± 5) мм. Двухуровневая система воздушного отвода обеспечивает равномерный поток воздуха внутри шкафа. Удаление воздуха из рабочей камеры происходит через вытяжной канал с диаметром не менее 200 мм. Управление — с помощью цифрового контроллера, который позволяет сенсорными кнопками включать/выключать свет, регулировать скорость воздушного потока, включать/отключать питание розеток и др. Тип розеток — евро стандарт с заземлением, количество — 4 шт. Установлена LED-система освещения. Вытяжной шкаф оснащен водоснабжением / краном, закрепленным на задней стенке, с двумя выходами — один предназначен для подключения холодильника, второй — с встроенным водоструйным насосом. Скорость потока воды регулируется с фронтальной части шкафа. На керамическом столе непосредственно под краном имеется отверстие с химически стойкой полипропиленовой раковиной размером 25×40 см. Вытяжной шкаф оснащен газовой линией с 1 регулируемым краном на фронтальной части шкафа. Расположение всех элементов, предусмотренных комплектом, должно быть предварительно согласовано с заказчиком. В нижней части вытяжного шкафа находятся два шкафа, каждый с двумя дверцами и двумя уровнями, подключенные к системе отвода воздуха. Дверцы шкафов — двухслойные, со встроенным шумоизоляционным слоем. Комплект включает: транспортировку вытяжного шкафа до лаборатории (3 этаж) и монтаж. Монтаж включает: установку и подключение водопровода, канализации, электропитания, подключение вытяжного воздуховода к панели управления, монтаж воздуховодов от вытяжного шкафа установленного в лаборатории на 3-м этаже через межстенное пространство (шахту) до крыши здания и подключение к двигателю вытяжной системы. При выполнении работ

		внутри шахт демонтажные работы проводятся с согласия заказчика. На отверстие для доступа к шахте устанавливается евродверь размером 150×80 см. Характеристики воздуховода: диаметр не менее 315 мм с спиралеобразными ребрами жесткости, изготовлен из оцинкованного листа толщиной не менее 1 мм. Воздуховод включает 2 шумоглушителя длиной по 1 метру, установленных у вытяжного вентилятора и у шкафа. Вытяжной шкаф должен быть сдан в рабочем состоянии — с подключенными и функционирующими водой, электричеством и вытяжкой. Изделие должно быть новым, неиспользованным, и не должно содержать бывших в эксплуатации или изношенных деталей. В зависимости от коммуникаций и планировки помещений, сложности монтажных работ требуется выполнять дополнительные уточнения с заказчиком и обеспечивать индивидуальный подход. Перед поставкой необходимо предоставить заказчику чертежи и 3D-моделирование размещения мебели с привязкой к помещениям. Перед поставкой изделие должно быть согласовано с заказчиком. К поставленному изделию прилагается технический паспорт. Поставка, монтаж и проверка вытяжных шкафов должны выполняться поставщиком. Гарантийное обслуживание в течение 1 года.
--	--	--