

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Օրգանիքս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/203 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	BN1800	Orion	Քարշիչ պահարան օրգանական սինթեզի համար՝ ներառյալ իր օդափոխության համակարգի մոնտաժը մինչև տանիք: Տեսակը՝ եվրո ստանդարտ քարշիչ պահարան: Գույնը՝ Սպիտակ: Արտաքին չափսերն են՝ 150x90x240սմ $\pm$ 5 սմ (LxԽxԲ): Կողային պատերի հաստությունը՝ 5 սմ $\pm$ 0.5 սմ: Աշխատանքային սեղան՝ 140x70 $\pm$ 2 սմ (LxԽ): Պահարանի մարմինը պետք է պատրաստված լինի ոչ պակաս քան 1 մմ հաստությամբ պողպատից՝ քիմիակայուն Էպօքսիդային փոշեներկով ծածկով: Աշխատանքային սեղան՝ ամբողջական առանց կարի կերամիկական ջնարակապատ սալիկ SRW: Աշխատանքային մակերեսը պետք է համապատասխանի նշված ստանդարտներին՝ GB/T 19001-2016 կամ ISO 9001:2015. Աշխատանքային մակերեսի դիմացկունությունը պետք է նախապես ստուգված լինի SEFA 3-2010 թեսթով ըստ 2.1 կետի, ստանալով միայն մեկ «1» գնահատական 48% հիդրոֆտորաթթվի դեպքում , մնացած թեսթով նախատեսված նյութերի դեպքում գնահատականը պետք է լինի «0» A և B մեթոդների դեպքում: Աշխատանքային բոքս՝ աշխատանքային

տարածքի խորությունը – 70(±2) սմ: Սեղանը պետք է ունենա ընդհանրապես առանց կարերի առջևի հակաթափման եզր: Հակակշիռ մեխանիզմը պետք է տեղակայված լինի քարշիչ պահարանի ետնամասում: Փեղկերի պաշտպանիչ պանելները պետք է լինեն 5(±0.5) մմ հաստությամբ հարվածակայուն ապակի, ցանկացած բարձրության վրա ամրանալու և 0-ից 700(±5) մմ բարձրանալու հնարավորությամբ: Օդաքարշ համակարգի երկու մակարդակները պետք է ապահովեն հավասարաչափ հոսք ամբողջ պահարանի ներսում: Պահարանի աշխատանքային խցիկից օդի հեռացումը պետք է իրականացվի քարշիչ խողովակով՝ ոչ պակաս քան 200 մմ տրամագծով : Կառավարումը՝ թվային կարգավորիչով (անգլերեն), որը թույլ է տալիս սենսորային կոճակներով անջատել/միացնել լույսը, կառավարել օդի հոսքի արագությունը, միացնել/անջատել վարդակների հոսանքը և այլն: Վարդակների տեսակը՝ եվրո ստանդարտ հողանցմամբ, քանակը՝ 4 հատ: պետք է Տեղադրված լինի LED լուսավորման համակարգ: Քարշիչ պահարանը պետք է ունենա ջրամատակարարում /ծորակ/ հետևի պատի վրա ամրացված, որն պետք է ունենա երկու ելք՝ սառնարանի միացման համար նախատեսված ելքով և ներկառուցված ջրաշիթային պոմպով: Ջրի հոսքի արագությունը պետք է կարգավորվի քարշիչ պահարանի դիմացի հատվածից: Կերամիկական սեղանի վրա ծորակի անմիջապես ներքևում անցք քիմիապես պոլիպրոպիլենային լվացարանով՝ 25*40սմ չափսերով: Քարշիչ պահարանը պետք է հագեցած լինի գազամատակարարման կետով, որն պետք է ունենա կարգավորվող փական քարշիչի դիմացի հատվածում: Հավաքածույով նախատեսված բոլոր մասերի տեղակայումը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Քարշիչ պահարանի ներքևի մասում պետք է լինի երկու պահարան, յուրաքանչյուրը երկու դռնով և 2 հարկանի, որոնք պետք է միացված լինեն օդաքարշ համակարգին: Պահարանի դուռը պետք է լինի երկշերտ՝ ներկառուցված ձայնամեկուսիչ շերտով: Փաթեթը պետք է ներառի քարշիչ պահարանի տեղափոխություն մինչև լաբորատորիա (3 հարկ) և տեղադրում: Տեղադրումն իր մեջ ներառում է՝

		ջրագծերի, կոյուղու մոնտաժում և միացում քարշիչ պահարանին, հոսանքի լարերի մոնտաժ և միացում պահարանին, օդաքարշի հոսանքի միացում քարշիչ պահարանի կառավարման վահանակին, օդաքարշ համակարգի խողովակաշարի մոնտաժում 3 հարկի լաբորատորիայում տեղադրված քարշիչ պահարանից միջպատային հատվածով /շախտ/ մինչև շենքի տանիք և միացում օդաքարշ համակարգի շարժիչին: Շախտաների մեջ աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում քանդման աշխատանքները իրականացվում են պատվիրատուի համաձայնությամբ, բացվածքի վրա պետք է տեղադրվի եվրո դուռ 150*80 սմ չափսով: Խողովակաշարի բնութագրեր՝ ոչ պակաս քան 315 մմ տրամագծով, սպիրալաձև ամրացնող կողերով, պատրաստված ոչ պակաս քան 1 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից: Խողովակաշարը պետք է ներառի 2 հատ 1 մետր երկարությամբ խլացուցիչ՝ արտանետող օդափոխիչի և պահարանի մոտ տեղադրված: Քարշիչ պահարանը պետք է հանձնվի աշխատանքային վիճակում՝ ջուր, հոսանք, օդաքարշ միացված և աշխատանքային վիճակում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածությունից, մոնտաժման աշխատանքների բարդություններից անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ և ցուցաբերել անհատական մոտեցում: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ: Ստանդարտներին համապատասխանությունը հաստատող փաստաթղթերը ներկայացնել կա՛մ հնարավորության դեպքում հայտին կից, կա՛մ ապրանքի մատակարարման փուլում Քարշիչ պահարանների առաքումը, տեղադրումը և ստուգումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից: 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Органикс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЗ-БЦДЦТЗР-26/203 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
3			