

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏԻԿԱՍՈՆ ՍՊԸ-ն ՌՀԱԲԿ ԷԱԱՊՁԲ 26/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	LANMAGE	LANMAGE	Keen Ray DR50M	Shenzhen Lanmage Medical Technology Co., Ltd.	Շարժական թվային ռենտգենյան սարքավորում Շարժական թվային համակարգ, նախատեսված բաժանմունքից-բաժանմունք, ռեանիմացիոն բլոկ և վիրահատարան հեշտ տեղափոխման համար, ինչպես նաև նեոնատալ բաժանմունքում, պալատներում և ընդունարանում օգտագործման համար Բարձր հաճախականությամբ բարձր լարման ռենտգեն գեներատոր. Նոմինալ էլքային հզորությունը 5,6 կՎտ մԱ միջակայքը 5-100մԱ տիրույթում Խողովակի լարման

					միջակայքը 40-125 կՎ տիրույթում մԱվ միջակայքը 0,1-320 մԱվ տիրույթում Ճառագայթման ժամանակը 1-10000մվ տիրույթում Բարձր հաճախականության գեներատորի փոխարկիչի հաճախականությունը 200 ԿՀց ±10% Ռենտգենյան նկարահանման պարամետրերի կառավարում՝ 3 կետով՝ կՎ, մԱ, մԱվրկ և մվրկ: Ռենտգենյան խողովակ. 10 դյույմ ցուցադրման հպումային կառավարմամբ թվային Էկրանով Ֆոկուսային հետքի չափսերը՝ 0,6մմ փոքրի համար և 1,8մմ մեծի համար Անոդի տեսակը. ֆիքսված անոդ Առավելագույն լարումը 125 կՎ Անոդի անկյունը 15 ° Ներկառուցված ֆիլտրում՝ 0,9 մմ Al 75կՎ լարման դեպքում Ամբողջական ֆիլտրում՝ 2,7 մմ Al Ֆոկուսային հեռավորությունը մինչև դետեկտոր (SID) 180սմ Անոդի ջերմային տարողությունը 40500 ՋՄ Կոլիմատոր. Կոլիմատորը հագեցած Է Ներկառուցված LED լույսով, ավտոմատ կերպով մարվում Է 30վ- ից Կոլիմատորի մեջ ներկառուցված չափիչ քանոնի առկայություն
--	--	--	--	--	---

					Ռենտգենյան ճառագայթման դաշտի տեսողական որոշման և սահմանափակման հնարավորություն Մեխանիկական կանգնակ և դիրքավորում. Խողովակի ֆոկուսի առավելագույն հեռավորությունը գետնից 1500 մմ Թևքի ծալման միջակայքը (Arm folding range)՝ -90°-ից մինչև $+50^{\circ}$ Խողովակի ուղղահայաց պտտման անկյան տիրույթը -90°-ից $+120^{\circ}$ Հետազոտության ընթացքում համակարգը պետք է ապահովի ռենտգենյան խողովակի կայուն դիրքավորումը Հարթ պանելային դետեկտոր. Հարթ վահանակի թվային դետեկտոր հիմնված ամորֆ սիլիցիումի տեխնոլոգիայի վրա (a-Si) Դետեկտորի արդյունավետ տարածքը 427 մմ $\times$ 427 մմ Պիքսելների մատրիցան 3072x3072 Պիքսելային քայքը 139 մկմ Առավելագույն տարածական թողունակությունը 3,6 lp/mm Մոխրագույնի մակարդակը 16 բիթ Դետեկտորի հովացման ռեժիմ՝ բնական հովացում Պատկերի ստացման ժամանակը 3վ Մարտկոցից ավտոնոմ աշխատանքի
--	--	--	--	--	---

					ժամանակը 8 ժամ նորմալ ռեժիմով շահագործման դեպքում Լրացուցիչ մարտկոցի առկայություն Մարտկոցների լիցքավորիչի առկայություն Չափերը և քաշը. Շարժական համակարգի չափերը ծավաճ վիճակում պետք է ապահովեն դրա տեղաշարժը միջանցքներով, դռներով և բժշկական հաստատության բաժանմունքների միջև Չափերը հավաքված վիճակում. Երկարությունը` 1300 մմ</p> <p>Լայնությունը` 560 մմ Բարձրությունը` 1200 մմ Քաշը 90 կգ Թվային պատկերի աշխատանքային կայան. 14 դյույմ մոնիտոր Պրոցեսորը Core i5 10-րդ գեներացիա Գործառնական համակարգը 64 բիթանոց Windows 10 Ներքին օպերատիվ հիշողությունը 8GB Հիշողության ծավալը 1000 ԳԲ Գործառնականները. Ավտոմատ կերպով DR պատկերների ստացում և անլար կապի միջոցով կիսվում հիվանդանոցի HIS համակարգի կամ RIS համակարգի հետ Համակարգը աջակցում է DICOM 3.0 ստանդարտին`
--	--	--	--	--	---

					բժշկական պատկերներն ու տվյալները բժշկական տեղեկատվական համակարգերի և ախտորոշիչ սարքավորումների միջև փոխանցելու, պահելու և փոխանակելու համար Պատկերի ֆիլտրում. ազդանշան-աղմուկ հարաբերակցություն (SNR) և ոսկրային շերտի գործառույթի կարգավորում, օպերատորը կկարողանա կարգավորել
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО ТИКАСОН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПЗУРЧ ЕДН № 26/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		հարաբերակցություն պատկերի և տեղեկատվական համակարգերի և ախտորոշիչ սարքավորումների միջև փոխանցելու, պահելու և փոխանակելու համար:
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
2					Էքսպոզիցիայի պարամետրերի կարգավորում. կԳ, մԱ, մԱՎ և մՎԻՆ Պատուհանի լայնության և դիրքի ավտոմատ կարգավորում, ROI լայնության և դիրքի կարգավորում, մոխրագույնի սանդղակի կարգավորում և մեկ կամ մի քանի պատկերների զուգահեռ ցուցադրում Պատկերի մեծացման գործառույթ. հնարավորություն մեծացնել/փոքրացնել պատկերը և տեղային մեծացնել պատկերի ցանկացած մաս Պատկերի շրջում. ծախ/աջ շրջում, վերև/ներքև շրջում և 90° շրջում: Պատկերի ֆիլտրում. աղմուկի ճնշում, ոսկրային

					մակարդակ, հյուսվածքների մանրամասներ, կոնտրաստ և այլն Պատկերի չափումներ. հեռավորության, անկյան և ուղղանկյան չափումներ, նշումներ Պատկերի կարգավորում. մոխրագույնի երանգների ձգում, պատկերի բացասականի շրջադարձ, պատկերի սրություն, պատկերի բարելավում և այլն Համակարգը պետք է ապահովի. Ավտոմատ կերպով հիվանդի մասին տեղեկատվության ստացում հիվանդանոցի HIS/RIS համակարգից Հիվանդի տվյալները կարող են պահվել, վերցվել և որոնվել, ինչպես նաև կարող են ջնջվել, դիտվել և տպվել: Էլեկտրոսնուցում. Սնուցումը 220-240Վ, 50/60 Հց Այլ պայմաններ. 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ թվում ռենտգենյան խողովակի և դետեկտորի համար Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Ապրանքը նոր է, չօգտագործված Ապրանքը
--	--	--	--	--	--

					արտադրված կլինի ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերն ու պարագաները սարքավորման լիարժեք գործունեության համար Հրահանգներ մրցույթի մասնակիցներին. Մրցույթի արդյունքում առաջին տեղ զբաղեցրած ընկերությունը պետք է ներկայացնի սարքի տեխնիկական անձնագիրը, որը հաստատում է տեխնիկական բնութագրերը: Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է պարբերաբար տեղեկատվություն տրամադրել մատակարարման ընթացքի վերաբերյալ Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է սարքերի ՀՀ ներմուծման օրը տեղեկացնել պատվիրատուին Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ
--	--	--	--	--	--

				մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է սարքի արկղերը բացել բացառապես պատվիրատուի ներկայացուցիչների ներկայությամբ Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO 13485 2. ISO 14001 3. ISO 45001 4. Բժշկական սարքավորումների համար՝ 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--