

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ortho Workstation	ORTHO™ Workstation	Ortho Workstation	Ortho Clinical Diagnostics	Իմունոարյունաբանական հետազոտությունների համար նախատեսված կիսաավտոմատ ինտեգրված լրակազմ՝ ցենտրիֆուգ և ինկուբատոր միասին մեկ սարք: Ապակյա միկրոսֆերաների կիրառմամբ սյունակային ազյուտինացիայի մեթոդ: Ցենտրիֆուգ՝ առավելագույնը 10 կասետայի տեղադրման հնարավորություն, ցենտրիֆուգման տևողություն՝ 5 րոպե, ցենտրիֆուգման արագությունը 2 փուլով՝ 1-ին փուլ՝ 793 ± 10 պտույտ/րոպե 2-րդ փուլ՝ 1500 ± 10

					պտույտ/րոպե: Ինկուբատոր՝ աշխատանքային ջերմաստիճան՝ $37^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, կազմված 2 հատվածից, յուրաքանչյուրը 10-ական կասետային տեղադրման հնարավորություն: Էլեկտրոնային ավտոմատ կաթոցիչ՝ 5 ծրագրի առկայությամբ՝ ստանդարտ ծավալը 10մկլ, 40մկլ, 50մկլ: Աշխատանքային սեղան՝ 12 ֆլակոնի համար և 48 ապակյա միկրոսֆերաներով լցված կասետաների տեղադրման համար: Հոսանքի լար: Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն, անգլերեն կամ ռուսերեն : Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ոչ վաղ քան 2025 թվականի արտադրության: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն)
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUQF4-ECXU7QF-26/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	-	-