ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դավիթ Հարությունյան Հարությունի ԱՁ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/84 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Մայանա Գևորգյան ԱՁ	չունի	(150սմx220սմ)	Մայանա Գևորգյան ԱՁ	Վիրաբուժական սավանները պետք է լինեն դիմացկուն, դիմակայեն բարձր ջերմաստիճաններին և կոպիտ քիմիական նյութերին, որոնք կապված են ավտոկլավով ստերիլիզացման հետ՝ միաժամանակ մնալով փափուկ և հարմարավետ բուժառուների համար: Սավանները պետք է լինեն հակաալերգիկ և բոլոր կողմերից մշակված, 5 թելով եզրակարված , երկտակ ծալված կարով: Գործվածքը պետք է կարողանա դիմակայել բարձր ջերմաստիճանի (մինչև 134°C/273°F) կրկնվող

					ազդեցությանը և գոլորշու ստերիլիզացմանը՝ առանց զգալի կծկվելու, գույնի գունաթափման կամ ամրության կորստի: Կտորի խտությունը՝ ոչ պակաս քան 140գր./մ2 -160 գր./մ2 : Կտորի նյութր պետք է լինի բամբակ 65% , պոլիէսթեր 35% : Չափսը՝ 150սմx220սմ: Գույնը և կտորը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Давид Арутюнян Арутюнов ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/84 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					