ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՏԱ ՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՌՀԱԲԿ ԷԱԱՊՁԲ 26/36 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	K1110B	MEDKE	MEDKE	ԷՍԳ մալուխ նախատեսված TRISMED էկգ սարքի համար; ԷԿԳ սարքի 10-լարային մալուխ,/Patient/ նախատեսված 12-ալիքային էլեկտրասրտագրություն իրականացման համար; Մալուխը պետք է ունենա 10 հիվանդային միացումներ՝ 4 վերջույթային և 6 կրծքային էլեկտրոդների համար, ճկուն և բժշկական նշանակության մեկուսացված լարեր; Բազմակի օգտագործման, ախտահանման ենթակա; Հիմնական միակցիչը պետք է համապատասխանի ԷԿԳ սարքի միակցիչին; Մալուխի երկարությունը առնվազն 2 մետր; Միակցիչը լինի 15 փինանոց D-SUB; /միացման գլխիկը սարքին լինի ուղղանկյուն տիպի/

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ВИТА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈՀԱԲԿ ԷԱՊՁԲ 26/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2				