ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՍ ՍՊԸ-ն ՀՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-81/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Sino-Hero(Shenzhen) Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	Sinohero, SE1200 Lite	Sinohero	Sino-Hero(Shenzhen) Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ, Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ, Թվային դիսփլեյ. անկյունագիծը 7", Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ, Զգայունություն, մմ / մվ՝ 5, 10, 20, ավտոմատ, Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով, Ֆունկցիաներ. ստանդարտ ԷՍԳ պարամետրերի ավտոմատ չափում և ավտոմատ մեկնաբանություն, բոլոր արտածումները, միջին ճշգրտված HR, միջին RR միջակայք, QRS

						տևողություն, QT միջակայք և QTc միջակայք, առավելագույն R [V5] կամ [V6] և S [V1], P, R, T առանցքներ, Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ, Չֆիլտրացված՝ 0,05... 150 Հց, Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Տարլուծումը 8 կետ / մմ, Ձայնագրող թուղթ՝ 80մմ x 30մ, Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի, Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց, Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. 90 րոպե, Միացման ձևը՝ ստանդարտ կամ կաբրերա, Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց, Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն, Աքսեսուարներ, 1. Հիվանդի մալուխ 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 էլեկտրոդ 3. 4 վերջույթների էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել 5. 2 թղթի փաթույթ Այլ պայմաններ. Տեղադրում և մեկնարկ, Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն

					կամ անգլերեն կամ ռուսերեն, Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ :

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-81/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Sino-Hero(Shenzhen) Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	Sinohero, SE1200 Lite	Sinohero	Sino-Hero(Shenzhen) Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ, Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ, Թվային դիսփլեյ. անկյունագիծը 7", Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ, Զգայունություն, մմ / մվ՝ 5, 10, 20, ավտոմատ, Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով, Ֆունկցիաներ. ստանդարտ ԷՍԳ պարամետրերի ավտոմատ չափում և ավտոմատ մեկնաբանություն, բոլոր արտածումները, միջին ճշգրտված HR, միջին RR միջակայք, QRS

						տևողություն, QT միջակայք և QTc միջակայք, առավելագույն R [V5] կամ [V6] և S [V1], P, R, T առանցքներ, Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ, Չֆիլտրացված՝ 0,05... 150 Հց, Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Տարլուծումը 8 կետ / մմ, Ձայնագրող թուղթ՝ 80մմ x 30մ, Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի, Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց, Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. 90 րոպե, Միացման ձևը՝ ստանդարտ կամ կաբրերա, Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց, Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն, Աքսեսուարներ, 1. Հիվանդի մալուխ 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 էլեկտրոդ 3. 4 վերջույթների էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել 5. 2 թղթի փաթույթ Այլ պայմաններ. Տեղադրում և մեկնարկ, Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն

					կամ անգլերեն կամ ռուսերեն, Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ :