ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/50 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	սրտի աշխատանքի հսկողության սարքեր	սրտի աշխատանքի հսկողության սարքեր	սրտի աշխատանքի հսկողության սարքեր	սրտի աշխատանքի հսկողության սարքեր	ԷՍԳ շարժական Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ Թվային դիսփլեյ. անկյունագիծը ոչ պակաս քան 8"" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ Զգայունություն, մմ / մվ՝ ոչ պակաս քան 5, 10, 20, ավտոմատ Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով Ֆունկցիաներ. ոչ պակաս քան ստանդարտ ԷՍԳ պարամետրերի ավտոմատ չափում և ավտոմատ մեկնաբանություն, բոլոր արտածումները, միջին

						ճշգրտված HR, միջին RR միջակայք, QRS տևողություն, QT միջակայք և QTc միջակայք, առավելագույն R [V5] կամ [V6] և S [V1], P, R, T առանցքներ Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ Չֆիլտրացված՝ ոչ պակաս քան 0,05... 150 Հց Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Տարլուծումը առնվազն՝ 8 կետ / մմ Ձայնագրող թուղթ՝ ոչ պակաս քան 80մմ x 30մ Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. ոչ պակաս քան 90 րոպե Միացման ձևը՝ ստանդարտ կամ կաբրերա Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն Աքսեսուարներ 1. Հիվանդի մալուխ 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 էլեկտրոդ 3. 4 վերջույթների էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել 5. 2 թղթի փաթույթ Այլ պայմաններ.

					Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	սրտի աշխատանքի հսկողության սարքեր	սրտի աշխատանքի հսկողության սարքեր	սրտի աշխատանքի հսկողության սարքեր	սրտի աշխատանքի հսկողության սարքեր	Портативный ЭКГ-регистратор. Выходы ЭКГ: 12 стандартных выходов. Каналы записи: 1/3 выбираемые пользователем. Цифровой дисплей: диагональ не менее 8 дюймов. Переключение выходов: ручное и автоматическое. Чувствительность, мм/мс: не менее 5, 10, 20, автоматическая. Сигнал регулировки: автоматический и ручной. Функции: автоматическое измерение и автоматическая интерпретация параметров ЭКГ не ниже стандартных, все выходы, средняя скорректированная ЧСС,

						средний интервал RR, длительность QRS, интервал QT и интервал QTc, максимальная частота R [V5] или [V6] и S [V1], оси P, R, T. Диапазон частот, Гц. Диагностика. Защита от дефибрилляции в соответствии с AAMI/IEC 60601-2-25. Стандарты 2011 года. Нефильтрованный: не менее 0,05... 150 Гц. Метод записи: термобумага. Разрешение не менее: 8 точек/мм. Бумага для записи: не менее 80 мм x 30 м. Скорость записи: мм/сек: 5/10/25/50 (выбирается пользователем). Встроенный перезаряжаемый аккумулятор. Время работы от батареи: не менее 90 минут. Тип подключения: стандартный или кабрерный. Питание: 220-240 В, 50/60 Гц. Наличие русского и английского меню. Аксессуары: 1. Кабель для пациента. 2. 6 грудных электродов для конечностей. 3. 4 электрода для конечностей. 4. 1 флакон ЭКГ-геля. 5. 2 рулона бумаги. Другие условия: Установка и запуск. Обучение персонала на месте. Руководство пользователя

					на армянском, английском или русском языке. Оборудование должно быть новым, неиспользованным. Полный комплект включает все необходимые дополнительные устройства и аксессуары, необходимые для полноценной работы. Гарантия не менее 24 месяцев. Сертификаты качества (наличие). 1. 1. Сертификат ISO13485 или эквивалентный. 2. Сертификат CE или эквивалентный, подтверждающий прохождение всех необходимых испытаний, требуемых Директивой 93/42/EEC MDR, Регламентом (EC) 2017/745, или сертификат FDA или эквивалентный, подтверждающий прохождение всех необходимых испытаний.