

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՍԱ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	BIL DIRECT	ACCENT	ACCENT	Cormay Diagnostics	Ուղղակի Բիլիրուբինի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 220 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով: Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/ պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C: ISO 9001 և ISO

					13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦДЦПЗР-26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					