ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեզսերվիս ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/03 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Անիօքսիդ 1000 LD 5լ	Լաբորաթրիս ԱՆԻՈՍ	Ախտահանիչ նյութ բժշկական նշանակության առարկաների, գործիքների, Էնդոսկոպների ախտահանման, բարձր մակարդակի ախտահանման (ԲՄԱ) մանրազերծման, սպորազերծման համար: Երկբաղադրիչ համակարգ է, բաղկացած մայր լուծույթից և ակտիվատորից, որոնց խառնուրդից ստացվում է աշխատանքային ակտիվացված լուծույթ:Մայր լուծույթը իրենից ներկայացնում է նատրիումի իմիդոսուկցինատ 0.037%, ջրածնի գերօքսիդի 2.8-3.2%-անոց ջրային լուծույթ: Աշխատանքային ակտիվացված լուծույթը որպես ազդող նյութ պարունակում է 0,09-0,15% հարքացախաթթու և 2.8-3.2%-անոց ջրածնի գերօքսիդ:(ԲՄԱ) մանրազերծման, սպորազերծման համար Աշխատանքային լուծութի մեջ ակտիվ նյութի արագ ստուգման համար ունի զգայորոշիչ Թեստ-Շերտերի առկայություն:Աշխատանքային լուծութի pH - 4,0 -8,0:(ԲՄԱ), Մանրազերծումը, Սպորազերծումը, Ախտահանումը, հակաբակտերիալ `գրամդրական և գրամբացասական մանրէների (ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), հակավիրուսային (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-

			վարակը, պոլիոմիելիտը), A գրիպի H5N1, H1N1տեսակները) և հակասնկային (այդ թվում՝ կանդիդա և դերմատոֆիտիա) և սպորոցիդ ազդեցությունը՝ 5 րոպեում (համաձայն ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված համապատասխան մեթոդական հրահանգների): Աշխատանքային լուծույթն ապահովում է Բարձր մակարդակի ախտահանումը Աշխատանքային լուծույթի պիտանելիությունը 14 օր է, նախատեսված բազմակի օգտագործման համար,Մատակարարման պահին խտանյութի ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Ունի որակի Հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Ունի ISO Հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ, Օլիմպուս, Շտորց, Պենտաքս, Ֆուջի կողմից երաշխավորություն

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
2	Аниоксид 1000 LD 5л	АНИОС Лабораторис	Дезинфицирующее средство для дезинфекции медицинских предметов, инструментов, эндоскопов, дезинфекции высокого уровня (ДВУ), микродезинфекции, спорообразования. Это двухкомпонентная система, состоящая из маточного раствора и активатора, смесь которых образует рабочий активированный раствор. Маточный раствор представляет собой 0,037% имидосукцинат натрия, 2,8-3,2% водный раствор перекиси водорода. Рабочий активированный раствор содержит 0,09-0,15% уксусной кислоты и 2,8-3,2% перекиси водорода в качестве активного ингредиента. (БМА) для стерилизации, спорообразования. Для быстрой проверки активного ингредиента в рабочем растворе имеется сенсор Test-Layer. Рабочий раствор с pH 4,0-8,0: (БМА), стерилизующий, диспергирующий, дезинфицирующий, антибактериальный: против грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая туберкулезные микобактерии), противовирусный (включая внекишечный гепатит, ВИЧ-инфекцию, полиомиелит), гриппа А типов H5N1, H1N1) и

			противогрибковый (включая кандидоз и дерматофитоз), а также спороцидный эффект в течение 5 минут (в соответствии с соответствующими методическими указаниями, утвержденными Министерством здравоохранения Республики Армения). Рабочий раствор обеспечивает дезинфекцию высокого уровня. Срок годности рабочего раствора — 14 дней, предназначен для многократного использования. На момент поставки имеется половина срока годности концентрата. Уровень опасности — 3-й, 4-й класс. Имеет сертификат качества, методические указания по применению Министерства здравоохранения Республики Армения. У меня есть сертификат ISO, методическая инструкция по применению Министерства здравоохранения РА, гарантия Olympus, Störz, Pentax, Fuji.