ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմինե Բաղդասարյան Արսենի ԱՁ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/86 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	ազդանշան ընդունող սարքեր	ազդանշան ընդունող սարքեր	Ռետեկես	Համակարգը պետք է լինի ամբողջությամբ անլար (աշխատի ռադիոալիքների միջոցով), ապահովի կապը հիվանդասենյակների (պացիենտների) և բուժքույրական հերթապահական կետի (կամ շրջող անձնակազմի) միջև: • Պացիենտի կողմից կանչի կոճակը սեղմելիս, ազդանշանը պետք է ակնթարթորեն (առավելագույնը 1-2 վայրկյանում) արտացոլվի բուժքրոջ հիմնական էկրանին (մոնիտորին) և/կամ բուժքրոջ դաստակային ժամացույց-ընդունիչին՝ նշելով հիվանդասենյակի և/կամ մահճակալի համարը, ինչպես նաև ուղեկցվի ձայնային ազդանշանով: 2. Բաղադրիչ տարրերի տեխնիկական պահանջները Ա. Հիվանդի կանչի սեղմակ (Կոճակ)՝ մահճակալի մոտ տեղադրվող • Աշխատանքային հաճախականություն՝ 433.92 ՄՀց (կամ համարժեք ազատ հաճախականություն): •

				Գործողության շառավիղ՝ Ոչ պակաս, քան 100 մետր բաց տարածությունում (շենքի ներսում պատերի միջով կայուն կապի ապահովմամբ): • Սնուցում՝ Ինքնավար (երկարակյաց մարտկոցով, աշխատանքային ռեսուրսը՝ ոչ պակաս, քան 12 ամիս կամ 30,000 սեղմում): • Պատյան և պաշտպանվածություն՝ Հարվածակայուն, խոնավապաշտպան (առնվազն IPX4 դասի, բժշկական ախտահանիչ նյութերով մշակման հնարավորությամբ): • Ամրացում՝ Պատին կամ մահճակալի գլխավերևում երկկողմանի կպչուն ժապավենով կամ հեղյուսներով ամրացնելու հնարավորություն: • Լրացուցիչ պահանջ՝ Կոճակը սեղմելիս պետք է ունենա լուսային ինդիկացիա (LED), որպեսզի հիվանդը վստահ լինի, որ ազդանշանն ուղարկվել է: Ազդանշանի ուժեղացուցիչ – Նշում. ավելացրեք, եթե շենքը մեծ է կամ բազմահարկ • Նախատեսված է անլար կապի տարածությունը մեծացնելու և պատերի պատճառով առաջացող խոչընդոտները հաղթահարելու համար: Սնուցումը՝ 220Վ: 3. Ընդհանուր պարտադիր պահանջներ • Երաշխիքային ժամկետ՝ Մատակարարման և տեղադրման պահից սկսած ոչ պակաս, քան 12 ամիս: • Տեղադրում և կարգավորում՝ Ներառված է արժեքի մեջ (մատակարարը պետք է իրականացնի կոճակների ծրագրավորումը և համակցումը էկրաններին/ժամացույցներին):

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АРМИНЕ БАГДАСАРЯН АРСЕНИЙ ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔԳՉ-ԷԱՃԱՊՁՔ-26/86 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	сигнала принимающего устройства	сигнала принимающего устройства	Ретекес	- Система должна быть полностью беспроводной (работать посредством радиоволн) и обеспечивать связь между палатами (пациентами) и постом дежурной медицинской сестры (или передвижным медицинским персоналом). - При нажатии пациентом кнопки вызова сигнал должен незамедлительно (не более чем за 1–2 секунды) отображаться на основном экране (мониторе) медицинской сестры и/или на наручных часах-приёмнике медицинской сестры с указанием номера палаты и/или кровати, а также сопровождаться звуковым сигналом. 2. Технические требования к составным элементам А. Кнопка вызова пациента, устанавливаемая возле кровати - Рабочая частота: 433,92 МГц (или эквивалентная свободная частота). - Радиус действия: не менее 100 метров на

				открытом пространстве с обеспечением устойчивой связи внутри здания, в том числе через стены. - Питание: автономное (от долговечной батареи); ресурс работы — не менее 12 месяцев или 30 000 нажатий. - Корпус и степень защиты: ударопрочный, влагозащищённый (не ниже IPX4), с возможностью обработки медицинскими дезинфицирующими средствами. - Крепление: возможность крепления к стене или у изголовья кровати с помощью двусторонней клейкой ленты или винтов. - Дополнительное требование: при нажатии кнопки должна срабатывать световая индикация (LED), подтверждающая пациенту отправку сигнала. Б. Усилитель сигнала (Repeater) Примечание: устанавливается при необходимости, если здание имеет большую площадь или несколько этажей. - Предназначен для увеличения дальности беспроводной связи и преодоления препятствий, возникающих из-за стен. - Питание: 220 В. 3. Общие обязательные требования - Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента поставки и установки. - Установка и настройка: включены в стоимость. Поставщик должен обеспечить программирование кнопок и их сопряжение с экранами/часами-приёмниками.