ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինմեդ ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/1 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
24	Միջին մետաղական կոնստրուկցիա տիտանե	Բոնյունիհոն (BU)	Բոնյունիհոն (BU)	• Բազկի հարթակ սահմանափակ կոնտակտով, դինամիկ կոմպրեսսիոն, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: Հարթակի պահանջվող անցքերն են՝4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ֆիքսված անցքերով և կոմբինացված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 և 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար: • Բազկի պրոքսիմալ հարթակ, արգելափակվող (Philos) և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ: Կոմբինացված անցքերով, պահանջվող անցքերն են՝ 3,

					4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ և 3,5մմ, 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար: • Բազկի դիստալ մեդիալ/լատերա/ էքստրաարթիկուլյար հարթակ, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, մեդիալ և լատերալ հատվածների համար և.ս տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են՝4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 2,7մմ, 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 կամ 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար: • Ոլոքի հարթակ սահմանափակ կոնտակտով, դինամիկ կոմպրեսսիոն, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: Հարթակի պահանջվող անցքերն են՝4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ֆիքսված անցքերով և կոմբինացված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 4.5մմ, և 5,0մմ կորտիկալ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար: • Ոլոքի պրոքսիմալ մեդիալ/լատերալ հարթակ, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք,

				պահանջվող անցքերն են՝ 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 անցք, նախատեսված 3.5մմ և 5.0մմ կորտիկալ, 4,0մմ և 6,5մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար (ըստ պահանջի), քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ: • Ոլոքի պրոքսիմալ հետին հարթակ, հարթակները լինեն արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են՝ 4, 6, 8, 10, անցք, հարթակի դիստալ հատվածը ամբողջությամբ նախատեսված է 3.5մմ արգելափակվող պտուտակների համար 7 (յոթ) հատ անցք, հարթակի մարմինը նախատեսված է 5.0մմ արգելափակվող և 4,5մմ կորտիկալ ոչ արգելափակվող պտուտակների համար, հարթակի մարմնին առկա է ռեպոզիցիոն անցք, դինամիկ ֆիքսացիայի, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք : • Ոլոքի դիստալ մեդիալ/լատերալ հարթակ, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են՝4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 կոմբինացված անցք նախատեսված 3.5մմ և 5.0մմ կորտիկալ, 4,0մմ և 6,5մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար (ըստ պահանջի), քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS)

				և ոչ։ Քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) կոնստրուկցիաները աանհրաժեշտ է մատակարարել տեղադրման համար անհրաժեշտ համապատասխան ամբողջական գործիքների հավաքածուի հետ։ • Կոնքի ոսկրերի օսթեոսինթեզի համար անատոմիական մոդելավորված տիտանե ակտիվ մոդելավորման ենթակա հարթակներ, որոնք պետք է ապահովեն տարբեր անատոմիական կոնֆիգուրացիաների և չափերի ընտրության հնարավորություն՝ ըստ կոտրվածքի տեղակայման և բնույթի. 1. Առաջային կոնքային թիթեղ անատոմիական ձևավորմամբ տիտանե (Ti) թիթեղ՝ կոնքի առաջային հատվածի կոտրվածքների ներքին ֆիքսացիայի համար։ Աջ և ձախ կողմերի համար առանձին անատոմիական տարբերակներով։ Չափերը՝ 7, 9 և 11 անցք, յուրաքանչյուր չափը՝ աջ և ձախ տարբերակներով։ 2. Անատոմիական իլիոպուբիկ թիթեղ տիտանե (Ti), անատոմիական կոնտուրավորմամբ թիթեղ՝ իլիոպուբիկ շրջանի, այդ թվում՝ բազմաբեկոր կոտրվածքների ֆիքսացիայի համար։ 18 անցք, երեք չափային տարբերակ՝ 19, 22 և 25 մմ։ 3. Առաջային սակրոիլիակ հոդի թիթեղ տիտանե (Ti), անատոմիական թիթեղ՝ սակրոիլիակ հոդի առաջային ֆիքսացիայի համար։ 4 անցք, աջ և ձախ տարբերակներով։ Թիթեղի կոնֆիգուրացիան նախատեսված է սակրոիլիակ հոդի կայուն ֆիքսացիայի ապահովման համար։ 4. Բեկորները ֆիքսող կոնստրուկցիա — համապատասխան թիթեղի ստորին/հետին մակերեսին նախատեսված են սուր ֆիքսացիոն ելուստներ (sharp

				spikes)՝ մանր ոսկրային բեկորների բռնման և լրացուցիչ կայունացման համար: Документ Microsoft Word (2) Կատալոգում ևս նշվում է, որ սուր ելուստները նախատեսված են փոքր բեկորների ֆիքսման համար:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Инмед в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
24				