# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

«Մեդ Քեփիթել» ՍՊԸ -ն ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/1 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 22 | Aysam | . | Aysam Orthopaedics & Medical Devices | • Անրակի հարթակ, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, հարթակները արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, հարթակի վրա լինում են 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 անցքեր, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով, համատեղելի է 3.5մմ-2,7մմ կորտիկալ և 4.0 մմ սպոնգիոզ պտուտակների հետ, անրակ-ակրոմիալ միացության ֆիքսման հանարավորությամբ (hook) և առանց դրա, հեռակա ծայրը (distal part) լայանցած (ըստ պահանջի) 2,4մմ և 2,7մմ արգելափակվող պտուտակներով ֆիքսման հնարավորությամբ • Ճաճանչային/ծղիկային հարթակ, նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են։ Հարթակի պահանջվող |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | անցքերն են՝4, 5, 6, 7, 9, 10 անցք, հարթակը լինում է կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 կամ 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար: • Ճաճանչոսկրի դիստալ հարթակ, նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, հարթակի դիստալ հատվածում առակա արգելափակվող անցքերը ֆիքսված և անկյան փոփոխման հնարավորությամբ (multi-direction), պահանջվող անցքերն են՝4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 2,4մմ և 3,5մմ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար: • Ծղիկոսկրի պրոքսիմալ հարթակ, նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն, պահանջվող անցքերն են՝ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 անցք, համատեղելի է 2,4մմ պտուտակների համար: • Նրբոլոքի հարթակ, լատերալ և հետին-լատերալ ֆիքսման հնարավորությամբ, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, դիստալ հատվածում լայնացմամբ և ոչ: Հարթակի պահանջվող անցքերն են՝4, 5, 6, 7, 9, 10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | կոմբինացված և ֆիքսված անցք (ըստ պահանջի): Հարթակը նախատեսված է 3.5մմ կորտիկալ և 4,0մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար(ըստ պահանջի): • Մետակարպալ ոսկրերի օսթեոսինթեզի համար նախատեսված անատոմիական ֆիքսացիոն թիթեղ, ուղիղ, T-աձև, L-աձև (աջ և ձախ), նյութը՝ չժանգոտվող տիտան, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, Հարթակի պահանջվող անցքերն են՝4, 5, 6, 7, 8 կոմբինացված և ֆիքսված անցք (ըստ պահանջի): Թիթեղը նախատեսված է 2.0 մմ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО <<Мед Кепитл>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԲՉ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|---|---|---|---|---|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 22 | Aysam | . | Aysam Orthopaedics & Medical Devices | |