# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

«Մեդ Քեփիթել» ՍՊԸ -ն ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/1 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 24 | Aysam | . | Aysam Orthopaedics & Medical Devices | • Բազկի հարթակ սահմանափակ կոնտակտով, դինամիկ կոմպրեսսիոն, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: Հարթակի պահանջվող անցքերն են՝4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ֆիքսված անցքերով և կոմբինացված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 և 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար: • Բազկի պրոքսիմալ հարթակ, արգելափակվող (Philos) և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ: Կոմբինացված անցքերով, պահանջվող անցքերն են՝ 3, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ և 3,5մմ, 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար: • Բազկի դիստալ մեդիալ/լատերա/ էքստրաարթիկուլյար հարթակ, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, մեդիալ և լատերալ հատվածների համար և.ս տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են՝4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 2,7մմ, 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 կամ 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար: • Ոլոքի հարթակ սահմանափակ կոնտակտով, դինամիկ կոմպրեսսիոն, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: Հարթակի պահանջվող անցքերն են՝4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ֆիքսված անցքերով և կոմբինացված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 4.5մմ, և 5,0մմ կորտիկալ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար: • Ոլոքի պրոքսիմալ մեդիալ/լատերալ հարթակ, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | պահանջվող անցքերն են՝ 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 անցք, նախատեսված 3.5մմ և 5.0մմ կորտիկալ, 4,0մմ և 6,5մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար (ըստ պահանջի), քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ: • Ոլոքի պրոքսիմալ հետին հարթակ, հարթակները լինեն արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են՝ 4, 6, 8, 10, անցք, հարթակի դիստալ հատվածը ամբողջությամբ նախատեսված է 3.5մմ արգելափակվող պտուտակների համար 7 (յոթ) հատ անցք, հարթակի մարմինը նախատեսված է 5.0մմ արգելափակվող և 4,5մմ կորտիկալ ոչ արգելափակվող պտուտակների համար, հարթակի մարմնին առկա է ռեպոզիցիոն անցք, դինամիկ ֆիքսացիայի, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք : • Ոլոքի դիստալ մեդիալ/լատերալ հարթակ, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են՝4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 կոմբինացված անցք նախատեսված 3.5մմ և 5.0մմ կորտիկալ, 4,0մմ և 6,5մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար (ըստ պահանջի), քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | և ոչ: Քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) կոնստրուկցիաները աանհրաժեշտ է մատակարարել տեղադրման համար անհրաժեշտ համապատասխան ամբողջական գործիքների հավաքածուի հետ: • Կոնքի ոսկրերի օսթեոսինթեզի համար անատոմիական մոդելավորված տիտանե ակտիվ մոդելավորման ենթակա հարթակներ, որոնք պետք է ապահովեն տարբեր անատոմիական կոնֆիգուրացիաների և չափերի ընտրության հնարավորություն՝ ըստ կոտրվածքի տեղակայման և բնույթի. 1. Առաջային կոնքային թիթեղ անատոմիական ձևավորմամբ տիտանե (Ti) թիթեղ՝ կոնքի առաջային հատվածի կոտրվածքների ներքին ֆիքսացիայի համար: Աջ և ձախ կողմերի համար առանձին անատոմիական տարբերակներով: Չափերը՝ 7, 9 և 11 անցք, յուրաքանչյուր չափը՝ աջ և ձախ տարբերակներով: 2. Անատոմիական իլիոպուբիկ թիթեղ տիտանե (Ti), անատոմիական կոնտուրավորմամբ թիթեղ՝ իլիոպուբիկ շրջանի, այդ թվում՝ բազմաբեկոր կոտրվածքների ֆիքսացիայի համար: 18 անցք, երեք չափային տարբերակ՝ 19, 22 և 25 մմ: 3. Առաջային սակրոիլիակ հոդի թիթեղ տիտանե (Ti), անատոմիական թիթեղ՝ սակրոիլիակ հոդի առաջային ֆիքսացիայի համար: 4 անցք, աջ և ձախ տարբերակներով: Թիթեղի կոնֆիգուրացիան նախատեսված է սակրոիլիակ հոդի կայուն ֆիքսացիայի ապահովման համար: 4. Բեկորները ֆիքսող կոնստրուկցիա — համապատասխան թիթեղի ստորին/հետին մակերեսին նախատեսված են սուր ֆիքսացիոն ելուստներ (sharp |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | spikes)՝ մանր ոսկրային բեկորների բռնման և լրացուցիչ կայունացման համար: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО <<Мед Кепитл>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|---|---|---|---|---|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 24 | Aysam | . | Aysam Orthopaedics & Medical Devices | |