ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Մեդ Քեփիթել» ՍՊԸ -ն ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/1 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	Aysam	.	Aysam Orthopaedics & Medical Devices	• Ազդրի պրոքսիմալ հարթակ, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, հարթակի պրոքսիմալ հատվածը լայնացած է, պահանջվող անցքերն են՝ 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 5,0մմ դիստալ հատվածում և 6,5մմ պրոքսիմալ հատվածում սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ: Քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) կոնստրուկցիաները աանհրաժեշտ է մատակարարել

					տեղադրման համար անհրաժեշտ համապատասխան ամբողջական գործիքների հավաքածուի հետ: • Ազդրի հարթակ, հարթակը պետք է ունենա ազդրի անատոմիական թեքությունը (anatomical pre-contoured), արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսիոն են, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, հարթակն ունի ազդրի անատոմիական թեքությունը, պահանջվող անցքերն են՝ 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 4,5մմ, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: • Սրունք – թաթային հոդի արթրոդեզի արգելափակվող մեխ - սրունք-թաթային և ենթաթալար հոդերի արթրոդեզի տիտանե ներմեդուլյար մեխ՝ նախատեսված տիբիոտալոկալկանեալ (TTC) արթրոդեզի և հետին ոտնաթաթի կայուն ներքին ֆիքսացիայի համար: Մեխը՝ անատոմիական ձևավորմամբ, ռետրոգրադ ներմուծման համար՝ կրունկոսկրից (calcaneus) տալուսի միջով դեպի սրունքոսկրի մեդուլյար խողովակ: Մեխը պետք է ունենա բազմամակարդակ արգելափակման անցքեր՝ 5 հատ, մեխի դիստալ և պրոքսիմալ հատվածներում, ապահովելով սրունքոսկրի, տալուսի և կրունկոսկրի կայուն ֆիքսացիա, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: • Բազկի արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, պրոքսիմալ և դիստալ հատվածներում երեքական արգելափակող պտուտակի տեղադրման հնարավորությամբ, պահանջվող

					երկարություններն են՝ 180մմ, 200մմ, 220մմ, 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, տրամագիծը՝ 7մմ, 7,5մմ, 8մմ, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք։ • Բազկի կատարելագործված ինտրամեդուլյար մեխ, երկար և կարճ տարբերակներով, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր, պրոքսիմալ և դիստալ հատվածներում չորսական արգելափակող պտուտակի տեղադրման հնարավորությամբ, պրոքսիմալ հատվածում 4,5մմ տրամագծով արգելափակվող պտուտակ է տեղադրվում, երկարությունը՝ 20մմ-90մմ (քայլը 2մմ), պտուտակի գլխիկում 3,5մմ արգելափակվող գլխիկով պտուտակ ֆիքսելու հնարավորությամբ։ Դիստալ հատվածում 4,0մմ տրամագծով արգելափակվող պտուտակ է տեղադրվում, գլխիկում կանուլացված պտուտակահանին պտուտակը ֆիքսելու համար լրիվ պտուտակով (full threaded) անցքի առկայություն, երկարությունը՝ 16մմ-90մմ (քայլը 2մմ)։ Պահանջվող երկարություններն են՝ 160մմ, 180մմ, 195մմ, 210մմ, 225մմ, 240մմ, 255մմ, 270մմ, 285մմ, տրամագիծը՝ 7,5մմ, 8մմ, 9մմ, 10մմ պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք։ • Ազդրային պրոքսիմալ արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, անտերոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12,5մմ շեղբի, 4,9մմ արգելափակող պտուտակի հետ) երկար և կարճ տարբերակներով, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր, պրոքսիմալ հատվածում 12,5մմ տրամագծով և 65մմ-ից մինչև 120մմ երկարությամբ (քայլը՝ 5մմ) շեղբի տեղադրման անցքի առկայությամբ, դիստալ հատվախում երկու

					արգելափակող պտուտակների, 4,9մմ տրամագծով և 30մմ-ից մինչև 100մմ երկարությամբ, տեղադրման հնարավորությամբ: Պահանջվող չափերն են. երկարությունը՝ 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ, տրամագիծը՝ 9մմ, 10մմ, 11մմ, 12մմ, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: • Ազդրային ռետրոգրադ արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, ռետռոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12 մմ շեղբի, 4,9մմ և 6,0մմ արգելափակող պտուտակի հետ. արգելափակվող պտուտակների երկարություններն են՝ 30մմ-ից մինչև 110մմ) դիստալ մետաէպիֆիզար կոտրվածքի ֆիքսացիայի հնարավորությամբ, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: Շեղբի չափերն են՝ տրամագիծը՝ 12,5մմ, երկարությունը՝ 30մմ-ից մինչև 120մմ (քայլը 5մմ): Մեխի պահանջվող չափերն են. երկարությունը՝ 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ, տրամագիծը՝ 9մմ, 10մմ, 11մմ, 12մմ, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: • Ազդրային արգելափակվող ստանդարտ ինտրամեդուլյար մեխ դիաֆիզար կոտրվածքների, համատեղելի է 4,9մմ արգելափակող պտուտակի հետ, մոտակա հատվածում առկա են երկու արգելափակման անցք, մեկյը՝ դինամիկ, դիստալ հատվածում և՛ս առկա են երկու արգելափակման անցք, հասանելի չափերն են 10x320mm, 10x340mm, 10x360mm, 10x380mm, 10x400mm, 10x420mm, 11x320mm, 11x340mm, 11x360mm, 11x380mm, 11x400mm, 11x420mm, 9x320mm, 9x340mm, 9x360mm,

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО <<Мед Кепитл>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота			Предлагаемый товар	
	товарный знак	марка	наименование производителя	Технические характеристики
26	Aysam	.	Aysam Orthopaedics & Medical Devices	9x380mm, 9x400mm, 9x420mm, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: • Ոլոքային արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, վերծնկոսկրային և ստործնկոսկրային տեղադրման հնարավորությամբ, պրոքսիմալ հատվածում չորս արգելափակման անցքի առկայություն համատեղելի 5,0մմ արգելափակող պտուտակի հետ, բեկորների կոմպրեսիայի հնարավորությամբ (դինամիկ կոմպրեսսիոն անցքի միջոցով), դիստալ հատվածում չորս արգելափակման անցքի առկայություն համատեղելի 4,5մմ արգելափակող պտուտակի հետ, արգելափակող պտուտակները արգելափակվում են նաև մեխի պրոքսիմալ հատվածում լրիվ պտուտակով (full threaded), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող չափերն են. երկարությունը՝ 240մմ, 260մմ,280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, տրամագիծը՝ 8մմ, 9մմ, 10մմ, 11մմ: • Սրունք – թաթային հոդի արթրոդեզի արգելափակվող մեխ - սրունք-թաթային և ենթաթալար հոդերի արթրոդեզի տիտանե ներմեդուլյար մեխ՝ նախատեսված տիբիոտալոկալկանեալ (TTC) արթրոդեզի և հետին ոտնաթաթի կայուն ներքին ֆիքսացիայի համար: Մեխը՝ անատոմիական ձևավորմամբ, ռետրոգրադ ներմուծման համար՝ կրունկոսկրից (calcaneus) տալուսի միջով դեպի սրունքոսկրի մեդուլյար խողովակ: Մեխը պետք է ունենա բազմամակարդակ արգելափակման անցքեր՝ 5 հատ, մեխի դիստալ և պրոքսիմալ հատվածներում, ապահովելով սրունքոսկրի, տալուսի և կրունկոսկրի կայուն ֆիքսացիա, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: • Բազկի արգելափակվող

				ինտրամեդուլյար մեխ, պրոքսիմալ և դիստալ հատվածներում երեքական արգելափակող պտուտակի տեղադրման հնարավորությամբ, պահանջվող երկարություններն են՝ 180մմ, 200մմ, 220մմ, 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, տրամագիծը՝ 7մմ, 7,5մմ, 8մմ, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք • Բազկի կատարելագործված ինտրամեդուլյար մեխ, երկար և կարճ տարբերակներով, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր, պրոքսիմալ և դիստալ հատվածներում չորսական արգելափակող պտուտակի տեղադրման հնարավորությամբ, պրոքսիմալ հատվածում 4,5մմ տրամագծով արգելափակվող պտուտակ է տեղադրվում, երկարությունը՝ 20մմ-90մմ (քայլը 2մմ), պտուտակի գլխիկում 3,5մմ արգելափակվող գլխիկով պտուտակ ֆիքսելու հնարավորությամբ: Դիստալ հատվածում 4,0մմ տրամագծով արգելափակվող պտուտակ է տեղադրվում, գլխիկում կանուլացված պտուտակահանին պտուտակը ֆիքսելու համար լրիվ պտուտակով (full threaded) անցքի առկայություն, երկարությունը՝ 16մմ-90մմ (քայլը 2մմ): Պահանջվող երկարություններն են՝ 160մմ, 180մմ, 195մմ, 210մմ, 225մմ, 240մմ, 255մմ, 270մմ, 285մմ, տրամագիծը՝ 7,5մմ, 8մմ, 9մմ, 10մմ պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: