ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/110 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բժշկական մոնիտոր	Բժշկական մոնիտոր	Բժշկական մոնիտոր	Բժշկական մոնիտոր	Բժշկական մոնիտոր՝ նախատեսված էնդոսկոպիկ, ֆլյուորոսկոպիկ, ուլտրաձայնային և այլ վիրաբուժական միջամտությունների ընթացքում ստացվող տեսապատկերների բարձր հստակությամբ ցուցադրման համար: . Ընդհանուր տեխնիկական բնութագրեր .Էկրանի անկյունագիծը՝ 27 դյույմ .Էկրանի տեխնոլոգիան OLED լուսավորմամբ .Պատկերի թույլատրելիությունը՝ 3840 × 2160 պիքսել (4K UHD): .Վերարտադրվող գույների քանակը՝ 1.07 միլիարդ: .Պայծառությունը՝ 540

						կդ/մ² .Կոնտրաստի հարաբերակցությունը՝ 1,000,000:1 (տիպային արժեք)։ .Արձագանքման ժամանակը՝ 1 մվ-ից պակաս (տիպային արժեք) .Տեսադիտման անկյունները՝ հորիզոնական՝ առնվազն 178°, ուղղահայաց՝ առնվազն 178°։ .Էկրանի մակերեսը՝հակամատնահետք և հակաանդրադարձնող ծածկույթ .Գունային ստանդարտների աջակցություն՝ BT.709 և BT.2020։ . Smart Input գործառույթ՝ հիմնական տեսաազդանշանի կորստի կամ անջատման դեպքում նախապես ընտրված պահուստային տեսաազդանշանի աղբյուրին ավտոմատ անցնելու հնարավորություն։ . Պատկերի ցուցադրման ռեժիմներ՝ Single, PIP (Picture-in-Picture), PBP (Picture-by-Picture), Triple և Quad՝ միաժամանակ մի քանի տեսաազդանշան տարբեր դասավորություններով ցուցադրելու հնարավորությամբ։ . Պատկերի կարգավորման հնարավորություններ՝ պայծառության, կոնտրաստի,

						գունային հագեցվածության, գունային տարածության և գամմայի կարգավորում, ներառյալ DICOM գամմայի ընտրությունը: 2. Տեսաազդանշանների մուտքեր և ելքեր Մոնիտորը պետք է ապահովի տեսաազդանշանների միացում՝ բժշկական տարբեր սարքավորումների հետ համատեղելիությունն ապահովելու համար: · 2 × HDMI 2.0 մուտք: · 1 × DisplayPort 1.4 (SST) մուտք: · 2 × 3G/12G SDI մուտք: · 2 × 3G/12G SDI ելք: · 1 × HDMI 2.0 ելք: 1. Տեսաազդանշանի աղբյուրների արագ հայտնաբերում և ավտոմատ ճանաչում: 2. Ներկառուցված ժամանակային պարամետրերի ընդարձակ աղյուսակներ՝ տարբեր տեսաազդանշանների հետ համատեղելիության ապահովման համար: 3. Միաժամանակ մի քանի տեսաազդանշանների ցուցադրման և Picture-by-Picture ռեժիմի աջակցություն: 4. Պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP33, ինչպես նաև ամբողջ պարագծով հարվածակլանիչ պաշտպանիչ եզրագիծ՝

						պատահական հարվածներից մոնիտորի և բժշկական անձնակազմի պաշտպանության համար 3. Մոնիտորը պետք է ապահովի պատկերի կարգավորման հետևյալ հնարավորությունները՝ · Պատկերի պտտում՝ 90°, 180° և 270° անկյուններով · Պատկերի հայելային արտապատկերում՝ հորիզոնական և ուղղահայաց ուղղություններով · Պատկերի բարձր հստակության և գունային ճշգրիտ վերարտադրման ապահովում · Տարբեր տեսաազդանշանների ճկուն դասավորության հնարավորություն 4.Էլեկտրասնուցման և ընդհանուր տեխնիկական տվյալներ · Սնուցման լարումը՝ AC 100–240 Վ, 50/60 Հց · Էլեկտրաէներգիայի առավելագույն սպառումը՝ ոչ ավելի, քան՝ 130 Վտ։ · Լրացուցիչ սարքավորումների սնուցման ելքեր՝ DC 5 V / 2 A and DC 12 V / 2 A 5. Մատակարարման լրակազմ · Բժշկական մոնիտոր · Օգտագործման ձեռնարկ · AC/DC սնուցման ադապտեր · Էլեկտրական սնուցման մալուխ · DisplayPort մալուխ · HDMI մալուխ · SDI մալուխ · M4 ամրացման պտուտակներ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/110 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					

"Բժշկական սարքի՝ կիրառելի կարգավորող պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթերի առկայություն, ներառյալ MDR (EU) 2017/745 պահանջներին համապատասխանության հավաստագրի առկայություն: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Երաշխիք առնվազն 1 տարի"