ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/236 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	HI2002-02	Hanna Instruments	Միջավայրի թթվայնության (pH meter) չափման բազմաֆունկցիոնալ ստացիոնար (նախատեսված լաբորատոր սեղանի վրա տեղադրելու համար) սարք (Benchtop & Multiparameter Meters): Սարքը պետք է ներառի pH-ի չափման էլեկտրոդը, ինչպես նաև դրա պահելու շտատիվը: Միջավայրի թթվայնության (pH-ի) չափման էլեկտրոդը պետք է լինի ապակյա: pH-ի չափման միջակայքը՝ -2–16, ճշգրտությունը՝ ±0.01 pH, ավտոմատ ջերմաստիճանի կոմպենսացում: Սարքը պետք է ունենան ոչ պակաս, քան 5.5 դույմանոց LCD էկրան և հպումով սարքը կառավարելու հնարավորություն: Սարքի էլեկտրասնուցումը՝ 5-12 Վ ադապտերից: Ադատերի էլեկտրասնուցումը՝ 110-240 Վ, 50 Հց: Mettler Toledo, Thermo Scientific Orion կամ Hanna Instruments: Գործարանային փաթեթավորում: առնվազն 1 տարի երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չպետք է պարունակի ինքնաշեն կցամասեր և դետալներ: Ապրանքի մատակարարումը մատակարարի կողմից: Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/236 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	HI2002-02	Hanna Instruments	Միջավայրի թթվայնության (pH meter) չափման բազմաֆունկցիոնալ ստացիոնար (նախատեսված լաբորատոր սեղանի վրա տեղադրելու համար) սարք (Benchtop & Multiparameter Meters): Սարքը պետք է ներառի pH-ի չափման էլեկտրոդը, ինչպես նաև դրա պահելու շտատիվը: Միջավայրի թթվայնության (pH-ի) չափման էլեկտրոդը պետք է լինի ապակյա: pH-ի չափման միջակայքը՝ -2–16, ճշգրտությունը՝ ±0.01 pH, ավտոմատ ջերմաստիճանի կոմպենսացում: Սարքը պետք է ունենան ոչ պակաս, քան 5.5 դույմանոց LCD էկրան և հպումով սարքը կառավարելու հնարավորություն: Սարքի էլեկտրասնուցումը՝ 5-12 Վ ադապտերից: Ադատերի էլեկտրասնուցումը՝ 110-240 Վ, 50 Հց: Mettler Toledo, Thermo Scientific Orion կամ Hanna Instruments: Գործարանային փաթեթավորում: առնվազն 1 տարի երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չպետք է պարունակի ինքնաշեն կցամասեր և դետալներ: Ապրանքի մատակարարումը մատակարարի կողմից: Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: