

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-21/105 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	CQ-218A	Guangdong Chuang Qi Medical Equipment Co., Ltd, China	Ատամնաբույժի բլուկ` Գործիքների ներքևի կամ վերևի հոսք, առնվազն 5 գործիք` բոլոր տեսակի ծայրակալներով /ուղիղ, անկյունային, տուրբինային/ և միկրոմոտոր Յտուրբինային ճկափող M4` ոչ օպտիկամանրաթելային Նեգատոսկոպ Պնևմատիկ արգելակ Մեծ ու հարմարավետ գործիքների սեղան Կառավարման վահանակ` առնվազն 13 կոճակով Բժշկի աթոռ` Մեջքի աջակցություն, հիմքում աստղանիշ` 5 անիվի վրա, բազկաթռռի գույնին համապատասխան Օգնականի բլուկ` Օգնականի մոդուլ` 4 գործիքների համար Կառավարման վահանակ` առնվազն 8 կոճակով ջրային-օդային ատրճանակ, թքարտածծիչի թույլ և ուժեղ արտածծիչներ Պոլիմերիզացիոն լամպ Հիդրաբլուկ` Կերամիկական կամ ապակե թքաման Թորած ջրի ինքնավար մատակարարման համակարգ Կաթսա ջրի ջեռուցման համար Բազկաթռռ` Կառավարման ոտնակ Ձախ արմնկակալ Գլխիկ` կրկնակի հողակապով Լամպ` Մենսորային, LED լուսատու Լամպի ռոտացիայի 3 առանցք, պաշտպանիչ Էկրան Հզորությունը` 13000 - 15000 (յուլքս) Լրակազմը ներառում է նաև` Կոմպրեսոր` անաղմուկ, անյուղ (առնվազն` 35

		<p>լիտրանոց), սնուցումը՝ 220 Վ AC, 50 Հց հզորությամբ: Գործող կոմպրեսորի ձայնային ճնշման մակարդակը չի գերազանցում 55 ԴԲ: Հարմարեցված ուլտրաձայնային սքեյլեր (առնվազն 5 գլխիկ) Ներբերանային տեսախցիկ և մոնիտոր Տեխնիկական պարամետրերը՝ Ցանցային լարումը՝ 220Վ AC Ցանցային հաճախականությունը՝ 50 Հց Էլեկտրաէներգիայի առավելագույն սպառում՝ 800 Վտ ± 10% Ապահովիչներ՝ հիմնական Էլեկտրամատակարարում՝ FR1-20 ֆ5 × 20 5A Ատամնաբուժական աթոռի ակտիվացման տևողությունը՝ ոչ ավել քան 2 րոպե Բարձր արագությամբ տուրբինի առավելագույն արագությունն առնվազն՝ 300000 պ/ր Ցածր արագությամբ շարժիչի առավելագույն պտույտները առնվազն՝ 20000 պ/ր Մուտքային օդի ճնշումը՝ 0,55~0,6 ՄՊա Մուտքային ջրի ճնշումը՝ 0,2~0,4 ՄՊա Մատակարարման ժամանակ տրվում է երաշխիքային կտրոն առնվազն՝ 12 ամիս:</p>
--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեղստեխնիկի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-21/105 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
8	CQ-218A	Guangdong Chuang Qi Medical Equipment Co., Ltd, China	Блок стоматолога: Инструментальный поток вверх или вниз, не менее 5 инструментов со всеми типами сопел (прямые, угловые, турбинные) и микромотором 3 турбинных шланга М4, неволокнистый Негатоскоп Пневматический тормоз Большой и удобный стол для инструментов Панель управления минимум с 13 кнопками Кресло врача: Опора спинки, звезда на 5 колесах у основания, под цвет кресла Блок помощника: Модуль-помощник на 4 инструмента Панель управления минимум с 8 кнопками водовоздушный пистолет, слабые и сильные экстракторы Полимеризационная лампа Гидравлический блок: Керамический или стеклянный шпатель Автономная система подачи дистиллированной воды Котел для водяного отопления Кресло: Педаль управления Левый подлокотник Голова с двойным шарниром Лампа: Сенсорный, светодиодный светильник 3 оси вращения, защитный экран, Мощность: 13000-15000 (люкс). В комплект входят: Компрессор: бесшумный, нежирный (не менее 35 литров), питание: 220 В переменного тока, 50 Гц.

		<p>Уровень звукового давления работающего компрессора не превышает 55 дБ. Настроенный ультразвуковой скалер (минимум 5 насадок). Интраоральная камера и монитор Технические характеристики: Напряжение сети: 220 В переменного тока Частота сети: 50 Гц Максимальная потребляемая мощность: 800 Вт <math>\pm</math> 10% Предохранители: основной источник питания: FR1-20 <math>\phi</math>5 <math>\times</math> 20 5А Продолжительность активации кресла не более 2 минут. Максимальная частота вращения высокоскоростной турбины не менее 300000 об / мин. Максимальная частота вращения низкооборотного двигателя не менее 20000 об / мин. Давление воздуха на входе: 0,55 ~ 0,6 МПа Давление воды на входе: 0,2 ~ 0,4 МПа На момент доставки выдается гарантийный талон на срок не менее 12 месяцев.</p>
--	--	--