ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵՎՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՍՄՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Էնդոսկոպիկ CO_2 ինսուֆլյատոր	Jinshan	ENDOLINQ ™ Endoscopic CO2 Insufflator	Chongqing Jinshan Science & Technology (Group) Co., Ltd.	Էնդոսկոպիկ CO_2 ինսուֆլյատոր՝ նախատեսված վերին և ստորին ստամոքսաղիքային համակարգի էնդոսկոպիկ հետազոտությունների և միջամտությունների ընթացքում բժշկական ածխաթթու գազի (CO_2) վերահսկվող մատակարարման համար: Գազի հոսքի արագությունը՝ առնվազն 2 լ/րոպե, հոսքի կարգավորման առնվազն 2 մակարդակով (ցածր և բարձր հոսք): Գազի մուտքային աշխատանքային ճնշման միջակայքը պետք է ներառի 0.1–0.6 ՄՊա տիրույթը: Ելքային գազի առավելագույն ճնշումը՝ ոչ

						ավելի, քան 50 կՊա: Գազի մուտքային և ելքային ճնշման վերահսկման համակարգ, գազի հոսքի և ճնշման թվային ցուցադրում: Հոսքի շեղումների և ճնշման խախտումների մասին ազդանշանային համակարգ: Ժամանակաչափ՝ առնվազն 15 և 30 րոպե աշխատանքային ռեժիմներով և գազի մատակարարման ավտոմատ անջատման հնարավորությամբ: Համատեղելիություն՝ Vedkang VedView U500 ստամոքսաղիքային էնդոսկոպիկ համակարգի հետ՝ համապատասխան ադապտերների միջոցով: Գազամատակարարում՝ բժշկական CO_2 բալոնից կամ կենտրոնացված գազամատակարարման համակարգից: Արտաքին չափսերը՝ ոչ ավելի, քան 370 × 150 × 180 մմ: Քաշը՝ ոչ ավելի, քան 6 կգ: Էլեկտրասնուցում՝ 110–240 Վ AC, 50/60 Հց : Սարքավորումը պետք է համալրված լինի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր աքսեսուարներով: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված,

					գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս: Մատակարարումը պետք է ներառի սարքի տեղադրում, գործարկում և օգտագործողների ուսուցում: CE և ISO13485 սերտիֆիկատների առկայություն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЛЕВМЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՄՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Էնդոսկոպիկ CO_2 ինսուֆլյատոր	Jinshan	ENDOLINQ ™ Endoscopic CO2 Insufflator	Chongqing Jinshan Science & Technology (Group) Co., Ltd.	Էնդոսկոպիկ CO_2 ինսուֆլյատոր՝ նախատեսված վերին և ստորին ստամոքսաղիքային համակարգի էնդոսկոպիկ հետազոտությունների և միջամտությունների ընթացքում բժշկական ածխաթթու գազի (CO_2) վերահսկվող մատակարարման համար։ Գազի հոսքի արագությունը՝ առնվազն 2 լ/րոպե, հոսքի կարգավորման առնվազն 2 մակարդակով (ցածր և բարձր հոսք)։ Գազի մուտքային աշխատանքային ճնշման միջակայքը պետք է ներառի 0.1–0.6 ՄՊա տիրույթը։ Ելքային գազի առավելագույն ճնշումը՝ ոչ

						ավելի, քան 50 կՊա: Գազի մուտքային և ելքային ճնշման վերահսկման համակարգ, գազի հոսքի և ճնշման թվային ցուցադրում: Հոսքի շեղումների և ճնշման խախտումների մասին ազդանշանային համակարգ: Ժամանակաչափ՝ առնվազն 15 և 30 րոպե աշխատանքային ռեժիմներով և գազի մատակարարման ավտոմատ անջատման հնարավորությամբ: Համատեղելիություն՝ Vedkang VedView U500 ստամոքսաղիքային էնդոսկոպիկ համակարգի հետ՝ համապատասխան ադապտերների միջոցով: Գազամատակարարում՝ բժշկական CO_2 բալոնից կամ կենտրոնացված գազամատակարարման համակարգից: Արտաքին չափսերը՝ ոչ ավելի, քան 370 × 150 × 180 մմ: Քաշը՝ ոչ ավելի, քան 6 կգ: Էլեկտրասնուցում՝ 110–240 Վ AC, 50/60 Հց : Սարքավորումը պետք է համալրված լինի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր աքսեսուարներով: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված,

					գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս: Մատակարարումը պետք է ներառի սարքի տեղադրում, գործարկում և օգտագործողների ուսուցում: CE և ISO13485 սերտիֆիկատների առկայություն: