

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	5264644	Sumitomo Heavy Industries	<p>GE Brivo MR355 մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիկ համալիրի կոմպրեսորի արտադրող- Sumitomo F50 հելիումի կոմպրեսորի արտադրող ֆիլիտր: Օրիգինալ: Նշանակությունը՝ յուղային գոլորշիներից գազի մաքրում: Ակտիվացված ածուխի շերտի առկայություն: Բարձր ճնշման տակ հելիումի առկայություն: Հելիում գազի մաքրությունը ` 99,999%: Ներքին ճնշումը շրջակա միջավայրի 20°C ջերմաստիճանի դեպքում `1,6-1,65ՄՊա: Զաշի թույլատրելի միջակայքը 10 - 12կգ: Brivo MR355 մագնիսառեզոնանսային համակարգի հետ համատեղելիություն Կատալոգային համարը ըստ արտադրողի՝ 5264644: Պահեստամասը նոր է, չօգտագործված: Տեղադրումը և հետագա սպասարկումը կիրականացվի GE Healthcare ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Առաջարկի արժեքի ներառված են կարգավորումները: Կոմպրեսորի ադսորբենտը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի աշխատանքային վիճակի:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2022/16-1-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2			