

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1-ԲՆԱ1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
79	21G x 1 1/2	21G x 1 1/2	InterVac	Վակուումային փորձանոթի ստերիլ ասեղ 21G x 1 1/2": Ասեղ նախատեսված վակուումային փորձանոթներով արյուն վերցնելու համար, կանաչ, 21G x 1 1/2": Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը):Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները` 4-36°C: CE (Conformité Européenne) նշանը պարտադիր է` ցանկության դեպքում CE փաստաթղթերի: Նմուշառման ասեղը և հոլդերը պետք է լինեն նույն արտադրողի կողմից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1-ԲՆԱ1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
79	21G x 1 1/2	21G x 1 1/2	InterVac	Վակոււմային փորձանոթի ստերիլ ասեղ 21G x 1 1/2": Ասեղ նախատեսված վակոււմային փորձանոթներով արյուն վերցնելու համար, կանաչ, 21G x 1 1/2": Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը):Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները՝ 4-36°C: CE (Conformité Européenne) նշանը պարտադիր է՝ ցանկության դեպքում CE փաստաթղթերի: Նմուշառման ասեղը և հոլդերը պետք է լինեն նույն արտադրողի կողմից: