

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/1-ԲՆԱ1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
97	gel & clot activator	gel & clot activator	InterVac	<p>Արյան նմուշառման փորձանոթ՝ վակուումային, 5.0 մլ:                      Արյան նմուշառման փորձանոթ՝ վակուումային,                      մակարդուկ ակտիվացուցիչով և գել բաժանարարով:                      Փորձանոթի ծավալը՝ 5.0 մլ, չափսերը՝ 13 * 75 մմ:                      Կափարիչի տեսակը՝պտուտակավոր: Փորձանոթի վրա                      պարտադիր պետք է լինի նմուշառման ծավալի նիշը և                      թվով նշված ծավալը : Փորձանոթի վրա պիտակի                      առկայություն՝ պացիենտի անուն/ ազգանուն,                      նմուշառման ամսաթիվ գրելու հնարավորությամբ: :                      Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն                      պարտադիր in vitro diagnostics և ունենան CE                      (Conformité Européene) նշան: Հանձման պահին                      պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես                      ծանոթությունը):</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1-ԲՆԱ1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
97	gel & clot activator	gel & clot activator	InterVac	<p>Արյան սմուլառման փորձանոթ՝ վակուումային, 5.0 մլ:                      Արյան սմուլառման փորձանոթ՝ վակուումային, մակարդուկ ակտիվացուցիչով և գել բաժանարարով:                      Փորձանոթի ծավալը՝ 5.0 մլ, չափսերը՝ 13 * 75 մմ:                      Կափարիչի տեսակը՝պտուտակավոր: Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի սմուլառման ծավալի նիշը և թվով նշված ծավալը : Փորձանոթի վրա պիտակի առկայություն՝ պացիենտի անուն/ ազգանուն, սմուլառման ամսաթիվ գրելու հնարավորությամբ :                      Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics և ունենան CE (Conformité Européene) նշան: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը):</p>