

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/1-ԲՆԱ1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
97	gel & clot activator	gel & clot activator	InterVac	<p>Արյան նմուշառման փորձանոթ՝ վակուումային, 5.0 մլ: Արյան նմուշառման փորձանոթ՝ վակուումային, մակարդուկ ակտիվացուցիչով և գել բաժանարարով: Փորձանոթի ծավալը՝ 5.0 մլ, չափսերը՝ 13 * 75 մմ: Կափարիչի տեսակը՝ պտուտակավոր: Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի նմուշառման ծավալի նիշը և թվով նշված ծավալը : Փորձանոթի վրա պիտակի առկայություն՝ պացիենտի անուն/ ազգանուն, նմուշառման ամսաթիվ գրելու հնարավորությամբ: : Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics և ունենան CE (Conformité Européene) նշան: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը):</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1-ԲՆԱ1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
97	gel & clot activator	gel & clot activator	InterVac	<p>Արյան սմուշառման փորձանոթ՝ վակուումային, 5.0 մլ: Արյան սմուշառման փորձանոթ՝ վակուումային, մակարդուկ ակտիվացուցիչով և գել բաժանարարով: Փորձանոթի ծավալը՝ 5.0 մլ, չափսերը՝ 13 * 75 մմ: Կափարիչի տեսակը՝պտուտակավոր: Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի սմուշառման ծավալի նիշը և թվով նշված ծավալը : Փորձանոթի վրա պիտակի առկայությունն՝ պացիենտի անուն/ ազգանուն, սմուշառման ամսաթիվ գրելու հնարավորությամբ : Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics և ունենան CE (Conformité Européene) նշան: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը):</p>