# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Լեմուր ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/185 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 4 | Hanna HI-2020 | Hanna | HI-2020 | Hanna Instruments Inc. | pH-մետր, pH տիրույթը: -2.000 -16.000, -2.00 - 16.00; ±1000 մՎ pH կատարողականությունը 0.001 pH, 0.01 pH; 0.1մՎ, pH-ի ճշտությունը 25 °C(°F) -ում՝ ±0.01 pH, ±0.002 pH; ±0.2 մՎ, pH-ի ստուգաչափումը ավտոմատ է, մինչև 3 միավոր (5 միավոր*) ստուգաչափում, 5 ստանդարտ (7 ստանդարտ*), հասանելի բուֆերներ (1.68*, 4.01 կամ 3.00, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45*) և 2 հատուկ բուֆեր |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО <<ЛЕМУР>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/185 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 4 | Hanna HI-2020 | Hanna | HI-2020 | Hanna Instruments Inc. | pH-метр, диапазон pH. -2,000 -16,000, -2,00 - 16,00; ± 1000 мВ pH 0,001 pH, 0,01 pH; 0,1 мВ, точность pH при 25 ° C (° F): ± 0,01 pH, ± 0,002 pH; ± 0,2 мВ, калибровка pH автоматическая, до և 3 единиц (5 единиц *), 5 стандартных (7 стандартных *), доступные буферы (1,68 *, 4,01 или 3,00, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45 *) և 2 специальных буфера |