

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՄ ՍԵԴԻՔԼ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-7-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
41	Contour Plus	Contour Plus	ASCENSIA Diabetes Care	<p>Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակի որոշման թեսթ-երիզ Contour Plus գլյուկոմետրի համար և պարտադիր համատեղելի Contour Plus գլյուկոմետրի հետ: Չափման ժամանակահատվածը՝ 5 վրկ: Չափման միջակայքը՝ 0.6 -33.3 մմոլ/լ: Արյան նմուշի ծավալը՝ 0,6մկլ-0.8մկլ: Հեմատոկրիտի թուլաթրեթի միջակայքը՝ 0-70%: Արյան ծավալի անբավարարության դեպքում 30վ. ընթացքում արյուն ավելացնելու երկրորդ հնարավորություն (Second chance): Տուփում թեստ-երիզների քանակը՝ 50 հատ: Ֆորմատ՝ 1 թեստ-երիզ: Թեստ-երիզների պիտանելիության ժամկետը չի փոխվում՝ անկախ տուփի բացման պայմանից և մատակարարը ներկայացնում է կայունության /Stability/ սերտիֆիկատ: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 5-45°C: Պահպանման ջերմաստիճան՝ 0-30°C: Նոր է, չօգտագործված:</p>

				<p>Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 1/2-րդի առկայություն: Թեստ-երիզը համապատասխանում է ISO 15197, ISO 13485 չափորոշիչների պահանջներին:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «АМ МЕДИКАЛ ГРУП» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2022/16-7-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
41				