

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մ.Լ.Ն Ֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Ջի Մեյթ | Ջի Մեյթ | Ֆայլոսիս Հարավային Կորեա | Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ: Փաթեթավորումը N 50: Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոխվում անկախ տուփի բացման պայմանից: Մատակարարման պահին մնացորդային պիտանիության ժամկետը 12 ամիս: Թեստ-երիզների մատակարարման հետ միաժամանակ, պայմանագրով սահմանված ժամկետներում, կնվիրաբերվի շաքարաչափ սարքեր (1000 հատ): Չափման արագություն՝ 5 վրկ: Չափման միջակայքը՝ 1,1 -33.3 մմ/վ: Արյան նմուշի ծավալը՝ 0,5մկլ: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 : Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO 15197 : |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО М.Л.Н. Фарм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|---------------|------------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | Ջի Մեյթ | Ջի Մեյթ | Ֆայլուսիս Հարավային Կորեա | <p>Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ: Փաթեթավորումը N 50: Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոխվում անկախ տուփի բացման պայմանից: Մատակարարման պահին մնացորդային պիտանիության ժամկետը 12 ամիս: Թեստ-երիզների մատակարարման հետ միաժամանակ, պայմանագրով սահմանված ժամկետներում, կնվիրաբերվի շաքարաչափ սարքեր (1000 հատ): Չափման արագություն՝ 5 վրկ: Չափման միջակայքը՝ 1,1 -33.3 մմո/վ: Արյան նմուշի ծավալը՝ 0,5մկլ: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 : Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO 15197 :</p> |