

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մ.Լ.Ն Ֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ջի Մեյթ	Ջի Մեյթ	Ֆայլոսիս Հարավային Կորեա	Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ: Փաթեթավորումը N 50: Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոխվում անկախ տուփի բացման պայմանից: Մատակարարման պահին մնացորդային պիտանիության ժամկետը 12 ամիս: Թեստ-երիզների մատակարարման հետ միաժամանակ, պայմանագրով սահմանված ժամկետներում, կնվիրաբերվի շաքարաչափ սարքեր (1000 հատ): Չափման արագություն՝ 5 վրկ: Չափման միջակայքը՝ 1,1 -33.3 մմո/վ: Արյան նմուշի ծավալը՝ 0,5մկլ: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 : Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO 15197 :







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО М.Л.Н. Фарм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	Ջի Մեյթ	Ջի Մեյթ	Ֆայլուսիս Հարավային Կորեա	Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ: Փաթեթավորումը N 50: Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոխվում անկախ տուփի բացման պայմանից: Մատակարարման պահին մնացորդային պիտանիության ժամկետը 12 ամիս: Թեստ-երիզների մատակարարման հետ միաժամանակ, պայմանագրով սահմանված ժամկետներում, կնվիրաբերվի շաքարաչափ սարքեր (1000 հատ): Չափման արագություն՝ 5 վրկ: Չափման միջակայքը՝ 1,1 -33.3 մմո/վ: Արյան նմուշի ծավալը՝ 0,5մկլ: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 : Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO 15197 :