

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անիկո ֆարմ ՍՊԸ -ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-14-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|--------------------|----------------------------|--|--|
| | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 10 | Կանյուլա քթի թթվածնային | CHANGZHOU STANDARD MEDICAL DEVICES CO.,LTD | Պատրաստված է փափուկ, ատրավմատիկ PVC-ից (պոլիվինիլքլորիդից): Խողովակի ներքին լուսանցքը խոնավանալուց կամ տաքանալուց չի փակվում: Ամրացվում է ականջների վրայով: Հարմարավետ տեղադրվում է հիվանդի քթանցքների մեջ: Չի առաջացնում վերքեր երկարատև օգտագործման ժամանակ: Քթանցքը մտնող խողովակները փափուկ են: Չի պարունակում լատեքս: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Анико Фарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2022/16-14-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|-------------------------|--|--|
| | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 10 | Կանյուլա քթի թթվածնային | CHANGZHOU STANDARD MEDICAL DEVICES CO.,LTD | Պատրաստված է փափուկ, ատրավմատիկ PVC-ից (պոլիվինիլքլորիդից): Խողովակի ներքին լուսանցքը խոնավանալուց կամ տաքանալուց չի փակվում: Ամրացվում է ականջների վրայով: Հարմարավետ տեղադրվում է հիվանդի քթանցքների մեջ: Չի առաջացնում վերքեր երկարատև օգտագործման ժամանակ: Քթանցքը մտնող խողովակները փափուկ են: Չի պարունակում լատեքս: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: |