ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆրեզեն ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-15-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	RONTIS (FA204C/FV204E)	RONTIS	Հեմոդիալիզի համար արյան հոսքի արտերիովենոզ համակարգեր- արյան հոսքային գծեր՝ արյունատար մագիստրալներ: Արյունատար մագիստրալներ (զարկերակ-անոթ լրակազմ): Պոմպային հատվածի ներքին տրամագիծը՝ 8 մմ; երակային օդածուղակի տրամագիծը՝ 22 մմ; լցման ծավալը՝ 161 մլ: Չպետք է պարունակի լատեքս: Չպետք է պարունակի ֆտալտ: Արյան հոսքային գծերը՝ արյունատար մագիստրալները Fresenius Medical Care 4008E սարքավորման համար են և պարտադիր համատեղելի Fresenius Medical Care 4008E սարքի հետ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ФРЕЗЕН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-15-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
18	RONTIS (FA204C/FV204E)	RONTIS	Артериовенозные кровеносные системы для гемодиализа - кровеносные линии - кровеносные магистрали. Кровеносная магистраль (комплект пульс-сосудов). Внутренний диаметр насосной секции: 8 мм; диаметр венозного дыхательной пути: 22 мм; Объем заполнения: 161 мл. Не должен содержать латекс. Не должно содержать фталатов. кровеносные линии - кровеносные магистрали предназначены для устройства Fresenius Medical Care 4008E и должны быть совместимы с устройством Fresenius Medical Care 4008E. Новый и неиспользованный. Наличие не менее 1/2 полного срока годности на момент доставки.